



## Imitanciômetro AT235H



**Interacoustics**

### Características Técnicas



- Timpanometria automática e manual
- Faixa de pressão de -600 a 300 daPa
- Complacência de 0.1 a 6.0ml + 0.1 a 8.0 ml
- 12 reflexos por orelha (6 Ipsi + 6 Contra)
- Reflexo Ipsi: 500 a 4000 Hz – 110 dB HL
- Reflexo Contra: 500 a 8000Hz – 120 dB HL
- 2 protocolos independentes de reflexo automático
- Tom de transdutor: 226/678/800/1000 Hz
- Teste de função da Tuba Eustaquiana ETF1, ETF2, ETF3
- Audiometria automática e manual
- Faixa de frequência da audiometria: 125 a 8000 Hz
- Conexão com PC (USB – software não incluso)
- Compatível com o Noah
- Fonte de alimentação bivolt (110/220V) embutida

### Acessórios Inclusos

- Conjunto do fone contra-lateral TDH-39
- Transdutor + sonda clínica
- 65 unidades de olivas de diferentes tamanhos
- Pacote com 10 espumas para o arco do fone contra-lateral
- Kit de limpeza do bico da sonda
- Suporte de transdutor para pescoço e presilha para roupa
- Manual de operação e utilização
- Cabo de força
- CAT 50 – cavidades

**Forma de Pagamento:**

Em até 12x sem juros no cartão ou boleto (sujeito à análise de crédito)

**Imitânciometro AT235H + Impressora Térmica**

**Valor Total:** R\$ R\$ 48.000,00

**Proposta válida por 10 dias.**

**Prazo de Entrega:**

Até 15 dias úteis, sujeito a disponibilidade, caso contrário até 30 dias úteis.

1. Frete incluso
2. Consulte possibilidade de treinamentos de uso e técnico, valor à parte;
3. Garantia de 18 meses contra defeitos de fabricação
4. Assistência técnica permanente
5. Proposta sujeita a alteração de valor dependendo da condição comercial. Solicite a formalização da proposta por e-mail.
6. Impostos Interestaduais inclusos (Diferencial de Alíquota), caso a compra seja feita para fora de Rio Grande do Sul, enviar dados para o cálculo de difal
7. Formas de Pagamento (boleto, cartão de crédito, transferência bancária) sujeitas a análise de crédito.



---

Lemuel Fellipe  
Equipamentos Audiológicos  
lemuel.fellipe@microsom.com.br  
(11) 2789-2426  
CNPJ: 66.704.701/0001-10