

Canoas, 03 de novembro de 2022

À

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Prezado(s) Senhor(es);

Ref.: Pregão Eletrônico N° 15/2022

Data da sessão: 03/11/2022

Horário: 09hs

Objeto: Aquisição de Equipamento para laboratório

Atendendo à sua consulta V.S.as., temos a grata satisfação de apresentar-lhes a nossa proposta para fornecimento do(s) equipamento(s) a seguir especificado(s), precedida em primeiro plano de uma especificação técnica sucinta, enfocando as características técnicas e operacionais do(s) mesmo(s).

Na certeza de sermos merecedores de vossa predileção, colocamos à vossa disposição a nossa equipe técnica e comercial, que lhes permitirá um atendimento personalizado para suprir as vossas necessidades.

Item	Especificação	Quant	Valor Unitário	Valor Total
06	DISSOLUTOR DE COMPRIMIDOS DE 6 PROVAS Marca: LaborEstabille Modelo: DISS-7511 6 PROVAS Aplicação em Industria Farmacêuticas, químicas, universidades e centros de pesquisa ESTRUTURA • Banho de água em acrílico incolor, com dreno frontal para facilitar o escoamento da água quando for necessária a troca. • Gabinete em chapa de aço inox montado sobre pés niveladores • Hastes, pás, cestos em aço inox AISI316 com polimento sanitário. PROPRIEDADES TÉRMICAS • Circulação para garantir perfeita homogeneidade da temperatura no banho e livre de transmissão de vibração. • Aquecimento elétrico por meio de resistência tubular, de aço inox. • Copos de vidro borossilicato com fundo arredondado e capacidade para 1000 ml, tampa de acrílico com furacão que permite a coleta e furação para termômetro. SISTEMA DE COMANDO • Controlador de temperatura microprocessado com indicação digital, sistema PID, relê de estado solido, sensibilidade do controle de +/- 0,1°C e sensor de temperatura tipo Pt100. • Saída de 4 a 20 mA para registro e monitoramento da temperatura via software. • Estabilidade da temperatura de +/-0,1°C a 37°C. • Homogeneidade do banho de +/-0,5°C a 37°C. • Temporizador microprocessado com indicação digital e alarme sonoro para tempo de coleta. • Controle de velocidade de 20 a 220rpm +/- 1 rpm • Tacômetro microprocessado com indicação digital de rotação. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Tensão: 110V ou 220V 50/60Hz - Sensor de temperatura: PT100 - Grau de proteção: IP20 - *Plugue: 3 Pinos NBR 14136 - Controle de temperatura de ambiente 37°C - Estabilidade da temperatura a 37°C ± 0,1°C - Homogeneidade térmica do banho a 37°C ± 0,5°C ACOMPANHAM: • Manual de operação em português. • Copos, pás, cestos, canoas para coleta e tampa em acrílico para os copos. • Certificado de calibração RBC para o controle de temperatura	01	R\$68.500,00	R\$68.500,00

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

A - EMPRESA FORNECEDORA:

MULTITEC COML DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75- CENTRO- CEP 92010-230 – CANOAS/RS
CNPJ. - 93.360.188/0001-60 – I.E.- 024/0219252
FONE: (51) 3476.2483 - E-mail: vendas@multitecrs.com.br
BANCO BANRISUL - AGENCIA:0165 -C/C:06.067.2440-9

B - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

C - PRAZO DE ENTREGA: 60 dias

D - FRETE: CIF – Por conta da Multitec

E - PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA: R\$68.500,00 (Sessenta e oito mil e quinhentos reais)

F - PAGAMENTO: 30 dias

G - GARANTIA: 12 meses contra defeito de fabricação

H - ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Multitec / RS

I – LOCAL DE ENTREGA:

Universidade Federal de Ciências Médicas de POA- UFCSPA
Rua Sarmento Leite nº 245, Prédio1,1º Andar. Bairro Centro
Cep 90050-170
Porto Alegre/RS

Atenciosamente,

Multitec Coml Sistemas Eletrônicos Ltda
CNPJ. 93.360.188/0001-60 / I.E. 024/02.192.52
Nelson João S. Lopes