
Tratativas sobre os questionamentos dos agitadores (Item 7, Pregão 15/22)

Laboratório [UFCSPA] <lab320@ufcspa.edu.br>

2 de junho de 2023 às 11:59

Para: UFCSPA/Divisão de Patrimônio <patrimonio@ufcspa.edu.br>

Complementando as informações anteriores, anexo mais algumas fotos.

É possível demonstrar que o manual que veio não é do equipamento e ele não chega nas temperaturas informadas no tempo informado (30min), o que para uma aula prática acaba sendo prejudicial por não termos tempo o suficiente para ficar esperando a chapa aquecer, por isso o questionamento diversas vezes ao fornecedor qual era a taxa de aquecimento.

Atenciosamente,

Equipe Técnica do Complexo de Laboratórios Ala Norte - 3º Andar/Prédio1 (317, 318, 320, 321, 322, 323 e 324)


Amanda da Silva
Anelise Martins Correa Lopes
Laíse Costa Borba
Vanessa Kappel da Silva

Profª Responsável - Sandra Manoela Dias Macedo

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
555133038756

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos



20230420_112935.jpg
6648K

07/07/2023, 11:14

E-mail de UFCSPA - Tratativas sobre os questionamentos dos agitadores (Item 7, Pregão 15/22)



20230420_105110.MP4

3845K



20230420_112925.MP4

4561K