

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 2245 – BOLSA FECHADA	Versão nº: 10
		Código: ET – QA-02-003
ET – Especificação Técnica QA - Qualidade		Página 1 de 2

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Bolsa fechada para colostomia opaca (W), confeccionada em filme plástico, tela protetora da pele, adesivo microporoso, resina sintética hidrocoloide recortável ou pré-cortada e filtro de carvão ativado. Marca CASEX.

APLICAÇÃO
A bolsa para ostomia destina-se à coleta de excreta de estomas. A bolsa fechada geralmente é utilizada para colostomia (fezes sólidas e semi-sólidas).

COMPOSIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA	
FILME PLÁSTICO	Filme plástico co-extrusado em tríplice camada EVA/PVDC/EVA
TELA PROTETORA DE PELE	Filme microperfurado branco em polietileno.
RESINA SINTÉTICA HIDROCOLOIDE	Mistura de carboximetilcelulose sódica, pectina, gelatina e polímeros elastoméricos
ADESIVO MICROPOROSO	Falso tecido de polietileno impregnado com cola hipoalergênica na quantidade de até 53 g/m ²
ETIQUETA DE RECORTE	Impressão com tinta acrílica em papel de fundo branco
FILTRO DE CARVÃO ATIVADO	Falso tecido impregnado com pó de carvão ativado

DIMENSÕES DO PRODUTO					
Código	Recortável	Altura da Bolsa (mm)	Largura da Bolsa (mm)	Diâmetro da Resina (mm)	Diâmetro do Adesivo (mm)
Variação		± 3	± 3	± 2	
2245-00	13-64	228	148	97	130
2245-19/64	19-64	228	148	97	130
2245-10/60	10-60	228	148	97	130
2245-10/70	10-70	228	148	97	130
2245-10/80	10-80	228	148	97	130
2245-00/60	13-60	228	148	97	130
2245-00/70	13-70	228	148	97	130
2245-00/80	13-80	228	148	97	130
2245-10/64	10-64	228	148	97	130

DIMENSÕES DO PRODUTO					
Código	Pré-cortada	Altura da Bolsa (mm)	Largura da Bolsa (mm)	Diâmetro da Resina (mm)	Diâmetro do Adesivo (mm)
Variação		± 3	± 3	± 2	
2245-25	25	228	148	97	130
2245-30	30	228	148	97	130
2245-32	32	228	148	97	130
2245-38	38	228	148	97	130
2245-40	40	228	148	97	130
2245-51	51	228	148	97	130
2245-55	55	228	148	97	130
2245-58	58	228	148	97	130
2245-60	60	228	148	97	130

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 2245 – BOLSA FECHADA	Versão nº: 10
		Código: ET – QA-02-003
ET – Especificação Técnica QA - Qualidade		Página 2 de 2

ACONDICIONAMENTO	
Embalagem	Caixa em papel cartão conforme especificação contendo 20 unidades.
Armazenagem	Manter em local higienizado, seco e fresco e livre da incidência de luz solar.
Transporte	Deve ser transportado em caminhão baú fechado respeitando as indicações da caixa evitando danos ao material e a embalagem.
Reg. ANVISA	10222320017

INSPEÇÕES
Teste de estouro, fechamento, resistência, vazamento/ Inspeção das dimensões/ Solda da bolsa

Histórico de revisão:		
09	16/10/2015	Nova formatação, correção das dimensões e inspeções.
10	20/06/2017	Nova formatação, inclusão dos modelos e registro ANVISA.
Revisado por: Sonia Adriana Cabral		Assinatura: 
Aprovado por: Antônio Mário de Oliveira		Assinatura: 
Aprovado por: Danielle Navarro Ramos		Assinatura: 