

Item: 15 - Foco

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	1	R\$ 56.000,0000	R\$ 56.000,0000	29/11/2023 22:06:46
Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ Modelo / Versão: FL2000TLD24E 160.000LUX 5MANOPLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMB - Foco de teto cirúrgico 1 cúpula Características técnicas mínimas: Foco cirúrgico de teto com tecnologia LED, para todos os tipos procedimentos cirúrgicos. O equipamento deve possuir uma cúpula, sendo uma com intensidade luminosa máxima de 160.000 Lux e mínima de 60.000 Lux; com sistema eletrônico de controle no próprio braço. A cúpula deve ser de alumínio confeccionada com material que comprovadamente ajude na dissipação do calor. Deve possuir o modo endoscopia para uso com baixa luminosidade, mínima de <500 Lux. Deve possuir diâmetro de campo luminoso de 180 mm. Deve possuir diâmetro máximo da cúpula de 480 mm. Deve possuir profundidade de Campo mínima de: 64cm. Deve possuir Índice restituição das cores de no mínimo (RA): 95; e possuir temperatura de cor mínima de 4.200°K. Para melhor atender o posicionamento em sala cirúrgica o equipamento deve possuir giro livre do braço da cúpula em relação ao braço de mola; giro livre do braço de mola em relação a estrutura e o giro livre de toda estrutura. O conjunto de LEDs deve possuir vida útil de no mínimo 60.000 horas, comprovados. O Foco cirúrgico deve possuir as seguintes certificações de qualidade e registros: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2012, ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010, ABNT NBR IEC 60601-1- 6:2011, ABNT NBR IEC 60601-2-41:2012 + Errata 1:2013 e registro na ANVISA. O design do Foco cirúrgico deve contribuir para não alterar o fluxo manual do teto ventilado. Deve acompanhar o equipamento os seguintes acessórios: 5 manoplas de manuseio de fácil remoção e higienização, reutilizáveis; 01 manual do usuário; 01 manual técnico/manutenção. Será fornecido treinamento de uso em dois dias e três turnos distintos em cada dia de modo que todas as equipes sejam capacitadas. Será fornecido treinamento técnico de manutenção para avaliação e reparos emergenciais e rápidos a equipe de técnicos de 01 dia com 8 horas. Possuir registro válido e ativo na ANVISA em conformidade com as normas pertinentes para equipamentos médicos. O fornecedor também deverá apresentar a AFE da ANVISA. Porte da empresa: ME/EPP							
38.098.716/0001-46	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 80.000,0000	R\$ 80.000,0000	29/11/2023 17:42:33
Marca: KSS Fabricante: KSS Modelo / Versão: FOCO DE TETO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMB - Foco de teto cirúrgico 1 cúpula Características técnicas mínimas: Foco cirúrgico de teto possui tecnologia LED, destinado à todos os tipos procedimentos cirúrgicos. O equipamento deve possuir uma cúpula, sendo uma com intensidade luminosa máxima de 160.000 Lux e mínima de 60.000 Lux; com sistema eletrônico de controle no próprio braço. A cúpula deve ser de alumínio confeccionada com material que comprovadamente ajude na dissipação do calor. Deve possuir o modo endoscopia para uso com baixa luminosidade, mínima de <500 Lux. Deve possuir diâmetro de campo luminoso de 180 mm. Deve possuir diâmetro máximo da cúpula de 480 mm. Deve possuir profundidade de Campo mínima de: 64cm. Deve possuir Índice restituição das cores de no mínimo (RA): 95; e possuir temperatura de cor mínima de 4.200°K. Para melhor atender o posicionamento em sala cirúrgica o equipamento deve possuir giro livre do braço da cúpula em relação ao braço de mola; giro livre do braço de mola em relação a estrutura e o giro livre de toda estrutura. O conjunto de LEDs deve possuir vida útil de no mínimo 60.000 horas, comprovados. O Foco cirúrgico deve possuir as seguintes certificações de qualidade e registros: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2012, ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010, ABNT NBR IEC 60601-1- 6:2011, ABNT NBR IEC 60601-2-41:2012 + Errata 1:2013 e registro na ANVISA. O design do Foco cirúrgico deve contribuir para não alterar o fluxo laminar do teto ventilado. Deve acompanhar o equipamento os seguintes acessórios: 5 manoplas de manuseio de fácil remoção e higienização, reutilizáveis; 01 manual do usuário; 01 manual técnico/manutenção. Será fornecido treinamento de uso em dois dias e três turnos distintos em cada dia de modo que todas as equipes sejam capacitadas. Será fornecido treinamento técnico de manutenção para avaliação e reparos emergenciais e rápidos a equipe de técnicos de 01 dia com 8 horas. Possuir registro válido e ativo na ANVISA em conformidade com as normas pertinentes para equipamentos médicos. O fornecedor também deverá apresentar a AFE da ANVISA. REGISTRO ANVISA:10242640034 PROCEDÊNCIA:NACIONAL-BRASIL							

Item: 2 - Foco

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
79.805.263/0001-28	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	Não	Não	5	R\$ 149.000,0000	R\$ 745.000,0000	19/06/2023 13:36:54
	Marca: KSS Fabricante: KSS Modelo / Versão: SKYLED 160/160 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco Cirúrgico de teto com 1 cúpula com lâmpadas de LED branco - Fornece iluminação de alta qualidade com baixo aquecimento, sem infravermelho e ultravioleta no campo operatório e alta vida útil dos Led's, tudo isso aliado ao baixo consumo de energia. Possui controle de isenção das sombras com sistema de compensação de luz (cabeça do cirurgião por exemplo). Sistema de iluminação para operações endoscópicas e cirúrgicas não invasiva oferecendo uma iluminância propicia para realizar estes tipos de operações. Equipamento fabricado conforme as normas: NBR IEC 60601-1 / NBR IEC 60601-1-2 / NBR IEC 60601-1-6 / NBR IEC 60601-1-9 / NBR IEC 60601-2-41. Grau de Proteção IP 54 (cúpulas totalmente vedadas e sem reentrâncias que evitam a entrada de sujeiras e líquidos que possam vir a danificar o equipamento, e possui superfície lisa que facilita a limpeza com bactericidas comuns). Alimentação de energia Bivolt automático (127/220V). Frequência Hz 50/60. Diâmetro da Cúpula de 650 -760 mm cada cúpula. Profundidade do focal constante de 1332 mm. (coluna de trabalho L1+L2(20%), relação D50/D10 >0,5. Quantidade de Led's por cúpula: 14 a 200 por cúpula, conforme modelo). Luminosidade: Módulos com lentes de alto rendimento permitem atingir uma intensidade luminosa de 0 a 160.000 lux por cúpula (controle/ajuste de iluminância: 0 a 100%) Led's brancos a uma distância de 1 metro do campo operatório, índice de reprodução de cor 96% e diâmetro do campo luminoso/focal entre 180 a 320 mm para cada uma das cúpulas, Profundidade do volume de luz (L1+L2. A luz é fornecida com temperatura de cor ajustável pelo próprio usuário através do painel de controle na faixa de 3000K a 6000K, com filtro CRI e RA de >96% e r9 de >97%, oferecendo além das condições similares a luz do dia, luz com aspecto mais frio ou mais quente. (Luminosidade pode apresentar variação de ± 15%). MODO PENUMBRA (ENDO): Em vídeo-cirurgia o Foco pode ser ajustado para o modo PENUMBRA (ENDO), com luz ambiente suficiente para realização dos procedimentos e permitir maior concentração da equipe nos monitores de vídeo. Esse sistema serve para procedimentos menos invasivos como endoscopia, laparoscopia e fluoscopia bastando ativar modo para que a intensidade seja fraca (<500). Sistema de braços: Fixado através de haste única, possui estação de ancoragem que permite, movimentos de torção, flexão e rotação em torno do seu eixo 360º de rotação ilimitado dos braços. O moderno sistema de braços (05 articulações) apresenta suave operação e máxima segurança durante o uso, pois permite movimentação de 360º ilimitado em três eixos verticais e preciso posicionamento. Dispõe de mais duas articulações horizontais, para atender por completo todas as necessidades de posicionamento durante as cirurgias. 45º. para cima e 50º. Par baixo. Partes metálicas recebem revestimento em pintura eletrostática a pó. Regulagens e manutenções podem ser realizadas facilmente pelo lado externo dos braços. Painel de Controle: (ajuste de luminosidade) Todas as funções do equipamento (mínimo 09 níveis de ajuste) podem ser realizadas no moderno painel eletrônico de controle em LCD disposto na cúpula ou no próprio braço da cúpula (configurável), e é protegido por uma membrana em policarbonato facilitando a limpeza e desinfecção do conjunto e outro fixado na parede e via manopla de focalização existente no centro da cúpula. Possui aviso sonoro luminoso, liga/desliga. Possui controle eletrônico inteligente que monitora a temperatura dos módulos de LED, o que permite alcançar uma vida útil dos Leds > 150.000 horas, minimizando as rotineiras manutenções de focos convencionais. Cúpula: A cúpula é confeccionada em fiberglass / alumínio, totalmente selada e com design ideal para evitar o acúmulo de poeira externa e dificuldades na higienização. Possui manopla em alumínio, com opcional pelo fabricante em polímero, retirável e autoclavável (134º), a qual propicia um local seguro para focalização do feixe luminoso e movimentação da cúpula em todas as direções pelo próprio cirurgião, sem risco de contaminação. A equipe também pode movimentar a cúpula facilmente através de alças externas. Potência (consumo de energia) da cúpula: 70 VA/WA Potência (consumo de energia). O foco trabalha com Led's 24V (AC) / 70 watts/VA por cúpula. Energia Radiante máxima gerada: 3,7 mW/2m2.ix. O equipamento possui sistema de dissipação de calor por convecção natural que transmite o calor para fora do campo cirúrgico e mantém a temperatura adequada para o cirurgião e o paciente. Acompanha 5 (cinco) manoplas reutilizáveis e autoclaváveis. Indústria Nacional. Possui registro na Anvisa... Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 150.000,0000	R\$ 750.000,0000	21/06/2023 09:56:53
	Marca: KSS Fabricante: KSS						

	Modelo / Versão: Foco Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux , Adicional 1: C/ Ajuste Diâmetro Luz E Dimmer , Adicional 2: C/ Câmera Vídeo , Articulação: Cúpulas, Braços E Suporte P/ Monitor Articuláveis , Cúpula: 1 Cúpula , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 60.000 H , Adicional 3: C/ Bateria , Tipo: Cirúrgico De Teto Porte da empresa: ME/EPP						
38.098.716/0001-46	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA Marca: KSS Fabricante: KSS Modelo / Versão: FOCO DE TETO 160/160 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRURGICO DE TETO UMA CUPULAS LED - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: FOCO CIRÚRGICO LED DE TETO COM 01 CÚPULA (160.000 LUX NO MÍNIMO), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPOSTO POR 01 (UMA) CÚPULA, COM ADIAMENTO ENTRE 500MM E 700MM, SISTEMA CONSTRUTIVO INTEIRAMENTE SELADO, ACABAMENTO EXTERNO FABRICADO EM MATERIAIS POLIMÉRICOS, ALUMÍNIO COM CONJUNTO DE LED'S, EVITANDO A INCIDÊNCIA DE SOMBRAS NA REGIÃO DA FOCALIZAÇÃO, ESTE SISTEMA DEVE POSSIBILITAR UM ALTO RENDIMENTO LUMINOSO COMBINADO COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; CÚPULA DE PERFIL BAIXO, COM GERAÇÃO DE LUZ ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE DIODOS EMISSORES DE LUZ (LED'S); ILUMINAÇÃO ISENTA DE INFRAVERMELHOS E ULTRAVIOLETAS CADA CONJUNTO DE BRAÇOS (INCLUINDO AS CÚPULAS) DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 04 ARTICULAÇÕES COM MOVIMENTOS SIMULTANEAMENTE; CADA CONJUNTO DE BRAÇOS DEVE SER COMPOSTO POR: BRAÇO PRINCIPAL, BRAÇO ARTICULADO COM MOLAS E ARCO, O MOVIMENTO DO EIXO PRINCIPAL DE AMBOS OS BRAÇOS DEVE SER DE NO MÍNIMO 360º NA HORIZONTAL (MOVIMENTO INFINITO); O MOVIMENTO DE CADA ARCO DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 360º, CÚPULA COM MOVIMENTO DE NO MÍNIMO 95º, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA DE CADA CÚPULA ALOCADO NO BRAÇO, CADA CÚPULA DEVERÁ POSSUIR ALÇAS LATERAIS DE POSICIONAMENTO NÃO ESTÉRIL; CONTER MANOPLA ESTERILIZÁVEL PERMITINDO MOVIMENTAÇÃO DA CÚPULA EM TODAS AS DIREÇÕES PELO PRÓPRIO USUÁRIO SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO; TEMPERATURA DE COR DEVERÁ SER ESTÁVEL DURANTE TODO O PROCEDIMENTO, TEMPERATURA DE COR DE 3000K ATÉ 6000K DIVIDIDOS EM 6 NÍVEIS DE PROGRASSÃO; DEVERÁ PROPICIAR GRANDE ILUMINAÇÃO EM PROFUNDIDADE APROXIMADAMENTE 80 CM, SEM A NECESSIDADE DE AJUSTE DURANTE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO; A ILUMINAÇÃO GERADA PELOS LED 'S DEVERÁ SER COMPLETAMENTE REGULÁVEL SEM VARIAÇÃO DA COR; DEVE ASSEGURAR UMA VIDA ÚTIL DE PELO MENOS 60.000 à 100.000 HORAS; AJUSTE DE ILUMINAÇÃO DEVE SER ENTRE NO MÍNIMO 50% E 100% DA LUMINÂNCIA TOTAL, ATRAVÉS DE TECLADO DE MEMBRANA PARA CADA CÚPULA EM SEU RESPECTIVO BRAÇO; A LUZ GERADA DEVERÁ SER HOMOGÊNEA ATRAVÉS DE FEIXES DE LUZ SOBREPOSTOS; DEVE SER SEPARADA E INDEPENDENTE, REMOVENDO ASSIM QUAISQUER SOMBRAS INDESEJÁVEIS CRIADAS POR OBSTÁCULOS; CARACTERÍSTICAS DA CÚPULA TOTALMENTE REDONDA COM NO MÍNIMO 70 LED'S CADA E COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ENDO PARA VÍDEO CIRURGIA, ENDOSCOPIA COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE, LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 160.000 LUX (±5%) À DISTÂNCIA DE 1 METRO DA FACE DA CÚPULA E O CAMPO CIRÚRGICO, AJUSTE MÍNIMO DA ILUMINAÇÃO: 50 E 100%, DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO DE 200 MM, PROFUNDIDADE DE ILUMINAÇÃO 80 CM, ÍNDICE MÍNIMO DE RETRIBUIÇÃO DA COR (CRI): MÍNIMO 95%, TEMPERATURA DE COR: 4.300 K (±10%), OFERECENDO CONDIÇÕES SIMILARES À LUZ DO DIA; DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADOS NBR IEC 60601-1 E NBR IEC 60601-1-2:41 EMENDA 2014, DEVERÁ COMPROVAR SELAGEM DA CÚPULA PELO IP42 OU SUPERIOR - INDICAÇÃO DE GRAU DE PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE CERTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO; DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 05 (CINCO) MANOPLAS REUTILIZÁVEIS E AUTOCLAVÁVEIS EM ALTA TEMPERATURA; 24 MESES DE GARANTIA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO; MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Registro da Anvisa - 10242640034/Procedência NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 180.000,0000	R\$ 900.000,0000	21/06/2023 16:14:54