

Manutenção Equipamentos	
Data de abertura: 19-08-2024 11:40	Por: Gabriela Messias Miranda Menezes
Última atualização: 25-02-2025 12:49 por Gabriela Messias Miranda Menezes	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 18-09-2024 11:40
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: PROAD > Manutenção de equipamentos
Status: Processando (atribuído)	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Concedida
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Gabriela Messias Miranda Menezes	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador: PROAD > DSG > Patrimônio	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: PROAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Manutenção Equipamentos	
Descrição: Data do formulárioDados do local do equipamento: 1) Laboratório/Local : Lab Microbiologia Molecular 2) Número do prédio : 3 3) Número da sala: : 302 4) Turno de trabalho para visita técnica: : ManhãObservações para visita técnica: 5) Email: : gabriela.menezes@ufcspa.edu.br 6) Telefone : 51989009025 7) Ramal: : 8825 8) Observações: : Dados do equipamento: 9) Lotes de Equipamentos: : Lote 5: Refrigeração Normal 10) Lote 5: Refrigeração Normal : Freezer Comum 11) Tipo de manutenção: : Corretiva 12) Código de patrimônio: : 25378 13) Uso predominantemente do equipamento: : Pesquisa 14) Descrição do problema: : Bom dia, Adquirimos outro freezer vertical, pois este freezer está fazendo barulho muito alto (parece estar forçando o compressor) e não está congelando mais. Att., Gabriela	