

Manutenção Equipamentos**Data de abertura:** 20-03-2025 15:23**Por:** Milena Meyrer da Silveira**Última atualização:** 15-05-2025 14:30 por Milena Meyrer da Silveira**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 19-04-2025 15:23**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Fechado- 15-05-2025 14:30**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Milena Meyrer da Silveira
Juliana de Souza Longaray (juliana.longaray@ufcspa.edu.br)**Grupo requerente:** PROPLAN > GERLAB > Lab 305**Observador:****Grupo observador:** PROAD > DSG > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Data do formulário

Dados do local do equipamento:

1) Laboratório/Local : 307**2) Número do prédio :** 1**3) Número da sala :** 307**4) Turno de trabalho para visita técnica :** Tarde

Observações para visita técnica:

5) Email : lab305@ufcspa.edu.br**6) Telefone :** 33038775**7) Ramal :** 8775**8) Observações :**
Sim**9) Descreva aqui sua observação :**

Agendar horário com a equipe técnica.

Dados do equipamento:

10) Lotes de Equipamentos : Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores**11) Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores :** Destilador de Água tipo Pilsen**12) Tipo de manutenção :** Corretiva

13) Código de patrimônio : 11863

14) Uso predominantemente do equipamento : Graduação

15) Descrição do problema :

Prezados, boa tarde!

Solicitamos manutenção para o destilador (Patrimônio 011863). Ele está sem uso há alguns anos, não sabemos o seu estado de conservação. Na última tentativa de uso (há alguns anos) faltou água durante a destilação e não sabemos se houve algum dano.

Portanto, solicitamos uma avaliação técnica das condições em que ele se encontra e realização de possíveis reparos ou baixa patrimonial.

Obrigada!

Acompanhamentos: 3

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	15-05-2025 14:30	Milena Meyrer da Silveira

Descrição: Solução aprovada

	21-03-2025 15:10	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Visita técnica e verificação inicial do equipamento realizadas pela empresa Médicabio em 21/03/2025.

	20-03-2025 16:05	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos
--	---------------------	------------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos: 2

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	PATRIMONIO_11863.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-67dc66d96e6e02.54147375#	20-03-2025 16:04
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	Orçamento_202501626_Pat_11863.pdf			application/pdf	#8f0d3f98-e509fb39-68220df35f74e7.48531651#	12-05-2025 12:04

Solução: 1

Solução:

Processo de manutenção do bem concluído, sob responsabilidade da empresa encarregada pelos serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.

Solução aprovada em 15-05-2025 14:30 Por Milena Meyrer da Silveira