

Manutenção Equipamentos	
Data de abertura: 11-12-2024 14:36	Por: Laboratório 617 Prédio 2 - UFCSPA
Última atualização: 19-03-2025 14:12 por Isaura Helena Soares	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 10-01-2025 14:36
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: PROAD > Manutenção de equipamentos
Status: Fechado- 19-03-2025 14:12	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Concedida
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Laboratório 617 Prédio 2 - UFCSPA	
Grupo requerente: PROGRAD > Lab 617	
Observador:	
Grupo observador: PROAD > DSG > Patrimônio	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: PROAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Manutenção Equipamentos	
Descrição: Data do formulárioDados do local do equipamento: 1) Laboratório/Local : Laboratório de Farmacotécnica e Cosmetologia, sala 617/prédio 2 2) Número do prédio : 2 3) Número da sala : 617 4) Turno de trabalho para visita técnica: : TardeObservações para visita técnica: 5) Email: : lab617@ufcspa.edu.br 6) Telefone : 5133038847 7) Ramal: : 8847 8) Observações: : Dados do equipamento: 9) Lotes de Equipamentos: : Lote 1: Grupo Balanças 10) Lote 1: Grupo Balanças : Balança Semi-Analítica 11) Tipo de manutenção: : Corretiva 12) Código de patrimônio: : 13331 13) Uso predominantemente do equipamento: : Graduação 14) Descrição do problema: : Balança Shimadzu AY220, patrimônio 013331 está com a fonte queimada.	