

Manutenção Equipamentos	
Data de abertura: 06-12-2024 19:42	Por: Laboratório de Bioquímica/ Química [UFCSPA]
Última atualização: 19-03-2025 14:14 por Matheus Brasil da Silva	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 05-01-2025 19:42
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: PROAD > Manutenção de equipamentos
Status: Fechado- 19-03-2025 14:14	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Concedida
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Laboratório de Bioquímica/ Química [UFCSPA]	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador: PROAD > DSG > Patrimônio	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: PROAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Manutenção Equipamentos	
Descrição: Data do formulárioDados do local do equipamento: 1) Laboratório/Local : Laboratório Clínico (Lab. 301) 2) Número do prédio : 1 3) Número da sala : 301 4) Turno de trabalho para visita técnica: : TardeObservações para visita técnica: 5) Email: : lab301@ufcspa.edu.br 6) Telefone : 5130338758 7) Ramal: : 8758 8) Observações: : Dados do equipamento: 9) Lotes de Equipamentos: : Lote 1: Grupo Balanças 10) Lote 1: Grupo Balanças : Balança Semi-Analítica 11) Tipo de manutenção: : Corretiva 12) Código de patrimônio: : 13337 13) Uso predominantemente do equipamento: : Graduação 14) Descrição do problema: : O display da balança semi-analítica apresenta erro. Além disso, a balança também emite um sinal sonoro agudo quando está ligada.	