

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 11-12-2024 14:56

Por: Laboratório 617 Prédio 2 - UFCSPA

Última atualização: 19-05-2025 11:12 por Matheus Brasil da Silva

Tempo para atendimento:

Tempo para solução: 10-01-2025 14:56

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: PROAD > Manutenção de equipamentos

Status: Solucionado- 19-05-2025 11:12

Origem da requisição: Formcreator

Urgência: Média

Aprovação: Concedida

Impacto: Médio

Localização:

Prioridade: Média

Requerente: Laboratório 617 Prédio 2 - UFCSPA

Grupo requerente: PROGRAD > Lab 617

Observador:

Grupo observador: PROAD > DSG > Patrimônio

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: PROAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais

Atribuído a um fornecedor:

Título: Manutenção Equipamentos

Descrição:

Data do formulário

Dados do local do equipamento:

1) Laboratório/Local : Laboratório de Farmacotécnica e Cosmetologia, sala 617/prédio 2

2) Número do prédio : 2

3) Número da sala : 617

4) Turno de trabalho para visita técnica : Tarde

Observações para visita técnica:

5) Email : lab617@ufcspa.edu.br

6) Telefone : 5133038847

7) Ramal : 8847

8) Observações :

Dados do equipamento:

9) Lotes de Equipamentos : Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores

10) Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores : Chapa Agitadora Aquecedora

11) Tipo de manutenção : Corretiva

12) Código de patrimônio : 41217

13) Uso predominantemente do equipamento : Graduação

14) Descrição do problema :

Chapa de aquecimento com agitação, marca LUCADEMA, patrimônio: 041217. Liga e não aquece.

Acompanhamentos: 5

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	15-05-2025 12:27	Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Prezado corpo técnico, boa tarde!

A empresa Médicabio, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a data do dia de hoje 15/05/2025 (quinta-feira), no turno indicado (tarde), para visita técnica e devolução do equipamento, em funcionamento, após reparo.

Fico à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

E-Mail	19-12-2024 12:08	Matheus Brasil da Silva
--------	---------------------	-------------------------

Descrição:

Visita técnica e verificação inicial do equipamento realizadas pela empresa Médicabio em 18/12/2024.

E-Mail	17-12-2024 12:45	Matheus Brasil da Silva
--------	---------------------	-------------------------

Descrição:

Prezada equipe técnica do laboratório 617, bom dia!

A empresa Médicabio, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a data do dia 18/12/24, quarta-feira, para visita técnica e verificação inicial do equipamento, no turno indicado (tarde).

Fico à disposição. Atenciosamente,
Matheus Brasil.

E-Mail	16-12-2024 18:06	Matheus Brasil da Silva
--------	---------------------	-------------------------

Descrição:

Prezado corpo técnico do laboratório 617, boa tarde!

A presente solicitação foi encaminhada à empresa responsável por prestar o serviço de manutenção do equipamento. Assim que indicada, a data do agendamento da visita técnica e verificação do equipamento será disponibilizada.

Fico à disposição. Atenciosamente,

Matheus Brasil.

E-Mail	13-12-2024 16:34	Murilo Rafael Pinho dos Santos
--------	---------------------	--------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos: 2

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	PATRIMONIO_41217.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-675c8c2e80a661.53587018#	13-12-2024 16:34
Documento: Chamado - Manutenção	UFCSPA	Orçamento_20240522			application/pdf	#8f0d3f98-e509fb39-68249b74e451a5.82388	14-05-2025

Equipamentos	8_Pat_4121 7.pdf	217#	10:32
--------------	---------------------	------	-------

Solução: 1**Encerrado:**

Processo de manutenção do bem concluído, sob responsabilidade da empresa encarregada pelos serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.