

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 16-04-2025 12:09

Por: Aline Albeche Farias Estivalet

Última atualização: 16-05-2025 12:17 por Aline Albeche Farias Estivalet

Tempo para atendimento:

Tempo para solução: 16-05-2025 12:09

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: PROAD > Manutenção de equipamentos

Status: Em atendimento (atribuído)

Origem da requisição: Formcreator

Urgência: Média

Aprovação: Concedida

Impacto: Médio

Localização:

Prioridade: Média

Requerente: Aline Albeche Farias Estivalet

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador: PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais

Atribuído a um fornecedor:

Título: Manutenção Equipamentos

Descrição:

Data do formulário

Dados do local do equipamento:

1) **Laboratório/Local :** LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR

2) **Número do prédio :** 3

3) **Número da sala :** 613

4) **Turno de trabalho para visita técnica :** Tarde

Observações para visita técnica:

5) **Email :** aline.estivalet@ufcspa.edu.br

6) **Telefone :** 33038792

7) **Ramal :** 8792

8) **Observações :**

Dados do equipamento:

9) **Lotes de Equipamentos :** Lote 10: Nobreaks e Estabilizadores

10) **Lote 10: Nobreaks e Estabilizadores :** Nobreak senoidal

11) **Tipo de manutenção :** Preventiva

12) **Código de patrimônio :** 61194

13) **Uso predominantemente do equipamento :** Pesquisa

14) **Descrição do problema :**

Bom dia, a manutenção elétrica nos indicou as especificações necessárias aquisição de um no break, uma vez que nossas cabines de segurança biológica estão constantemente apresentando problemas devido à instabilidade da rede elétrica. Nós providenciamos a compra e precisamos de auxílio para instalar o no break adquirido. Saliento que o equipamento tinha que entrar em uso em até 3 meses, para evitar colapso da bateria, além disso o técnico que veio certificar nosso fluxo, nos alertou que mais uma vez houve dano devido a instabilidade da corrente elétrica, se continuarmos sem no break poderemos perder o equipamento que vale em torno de 50 mil reais. Ressalto também que outro de mesmo valor e importância está sem funcionamento há quase um ano, devido a uma queda de energia.

Então, necessitamos da instalação do NO BREAK.

Ou seja, ligar um NOBREAK, um módulo e uma cabine de segurança biológica de fluxo laminar na sala 613 B.

Acompanhamentos: 5

<i>Fonte de acompanhamento</i>	<i>Data</i>	<i>Requerente</i>
	16-05-2025 12:17	Aline Albeche Farias Estivalet

Descrição:

Pode ser sim dia 19/05 a partir das 11 horas da manhã?

MS

	15-05-2025 18:35	Magda Schardosim
Descrição: Prezada Aline, A empresa Masterlab agendou a data do dia 19/05, próxima segunda-feira, para realizar a instalação do nobreak. Por favor, aguardo sua confirmação quanto a data ou sugestão de outra data para a execução do serviço.		
	23-04-2025 12:22	Aline Albeche Farias Estivalet
Descrição: Pode ser a partir das 11 horas amanhã, senão, a partir das 10 horas?		
	23-04-2025 10:20	Magda Schardosim
Descrição: Prezada Aline, A empresa pré agendou a visita ao laboratório para verificar o equipamento para amanhã, quinta-feira , dia 24/abril. Aguardo confirmação da disponibilidade de atendê-los nesta data. Att.,		
	16-04-2025 13:29	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos: 2

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	PATRIMONIO_61194.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-67ffdae5d97bb5.32501693#	16-04-2025 13:29
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	ORÇAMENTO_13163_Nobreak_61194.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-680904518f61a7.68940003#	23-04-2025 12:16

Solução: Nenhum item para ser mostrado