

Manutenção Equipamentos**Data de abertura:** 02-05-2025 10:50**Por:** Carlos Vicente Da Silva**Última atualização:** 04-07-2025 08:36 por Carlos Vicente Da Silva**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 01-06-2025 10:50**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Fechado- 04-07-2025 08:36**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Carlos Vicente Da Silva**Grupo requerente:****Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

- 1) **Laboratório/Local :** Laboratório de Fisioterapia
- 2) **Número do prédio :** 2
- 3) **Número da sala: :** 814
- 4) **Turno de trabalho para visita técnica: :** Manhã

Observações para visita técnica:

5) **Email: :** carlosv@ufcspa.edu.br6) **Telefone :** 330388497) **Ramal: :** 88498) **Observações: :** Sim9) **Descreva aqui sua observação: :**

Segundas, Terças, Quintas e Sextas pela manhã, das 08h às 12h.

Dados do equipamento:

10) **Lotes de Equipamentos: :** Lote 9: Equipamentos Médicos-Estéticos-Fisioterapias11) **Lote 9: Equipamentos Médicos-Estéticos-Fisioterapias :** Esteira Ergométrica

12) Tipo de manutenção: : Corretiva

13) Código de patrimônio: : 32896

14) Uso predominantemente do equipamento: : Graduação

15) Descrição do problema: :

Não encontrei enquadramento para o equipamento na categoria Lote, sendo assim, selecionei equipamento similar.

Trata-se de rompimento de cabo de aço da cadeira extensora, equipamento para fortalecimento de membros inferiores.

Acompanhamentos: 17

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	04-07-2025 08:36	Carlos Vicente Da Silva

Descrição: Solução aprovada

	03-07-2025 12:55	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Prezado Carlos, boa tarde!

Agradeço imensamente o retorno fornecido!

Permaneço à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

	01-07-2025 10:35	Carlos Vicente Da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Bom dia Matheus

A cadeira extensora foi arrumada conforme solicitado e já está em pleno uso.

Poderá finalizar o chamado.

Atenciosamente

Carlos Vicente da Silva

	26-06-2025 18:29	Carlos Vicente Da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Perfeito, Matheus.

Estarei no aguardo.

	26-06-2025 18:18	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Prezado Carlos, boa tarde!

A empresa Masterlab, responsável pela manutenção do equipamento, indicou o dia de amanhã, 27/06/2025, para visita técnica e finalização do processo de manutenção do equipamento, conforme indicação de turno disponível (manhã).

Fico à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

13-06-2025
12:51

Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Prezado Carlos, boa tarde!

Agradeço imensamente as informações prestadas.

Registra-se:

Visita técnica e verificação do equipamento para manutenção realizadas pela empresa Masterlab em 11/06/2025.

12-06-2025
10:24

Carlos Vicente Da Silva

Descrição:

Prezado Matheus, bom dia!

Os técnicos da empresa estiveram no laboratório para recolhimento do cabo e de uma peça da cadeira extensora para avaliação e posterior compra do material para manutenção.

Referente à Bicicleta Ergométrica Horizontal foram instalados os pedais novos, está em plena funcionalidade. Contudo, não tenho acesso ao processo inicial por ter sido aberto pela técnica Letícia Mayer, que encontra-se de férias. No seu retorno ela dará continuidade no processo, caso haja necessidade.

Atenciosamente

Carlos Vicente da Silva

10-06-2025
12:32

Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Prezado Carlos, bom dia!

Informo que a disponibilidade de horário para acompanhamento foi comunicada à empresa contratada para serviços de manutenção de equipamentos laboratoriais da UFCSPA.

Foi requisitada atenção especial em relação ao turno indicado.

A mesma visita técnica também será responsável por dar continuidade à manutenção do equipamento "Bicicleta ergométrica horizontal", patrimônio nº 028900

Fico à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

10-06-2025
08:32

Carlos Vicente Da Silva

Descrição:

Bom dia Matheus.

Dia 11 de junho é uma boa data, contudo, devido ao período de férias da técnica Letícia Mayer, seria necessário que a visita fosse realizada no turno da manhã para que eu possa recebê-los.

Atenciosamente.

09-06-2025
16:30

Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Prezado Carlos, boa tarde!

A empresa Masterlab, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a data do dia 11/06/25, quarta-feira, para visita técnica e manutenção do equipamento.

Fico à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

06-06-2025
18:24

Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Prezado Carlos, boa tarde!

Comunico que foi exigida, junto à empresa prestadora de serviços de manutenção, definição da data para a resolução da demanda. Tão logo seja determinada, a data da visita técnica será indicada.

Atenciosamente,

Matheus B.

05-06-2025
08:21

Carlos Vicente Da Silva

Descrição:

Prezado Matheus, bom dia.

Tens alguma previsão de conclusão do serviço de manutenção da cadeira extensora?

Já se passaram 3 semanas da visita técnica e verificação inicial.

Aguardo teu retorno.

Atenciosamente

Carlos Vicente da Silva
Fisioterapeuta Crefito 210860F
Mestre em Ciências da Reabilitação - UFCSPA
Bolsista de Apoio Técnico à Pesquisa - Laboratórios de Fisioterapia UFCSPA

19-05-2025
18:17

Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Visita técnica e verificação inicial do equipamento realizadas pela empresa Masterlab em 19/05/2025.

16-05-2025
12:04

Carlos Vicente Da Silva

Descrição:

Olá Matheus, bom dia!

A visita técnica poderá sr realizada no dia 19/05 pela manhã, das 08h às 12h e das 14h às 16h.

Atenciosamente.

Carlos

16-05-2025
11:49

Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Prezado Carlos, bom dia!

A empresa Masterlab, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a data do dia 19/05/2025, segunda-feira, para visita técnica e verificação inicial do equipamento.

Fico à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

05-05-2025
17:04

Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Prezado Carlos, boa tarde!

A presente solicitação foi encaminhada à empresa contratada para serviços de manutenção de equipamentos laboratoriais da UFCSPA. Assim que indicada, a data do agendamento da visita técnica e verificação do equipamento será disponibilizada.

Atenciosamente,

Matheus B.

02-05-2025
11:24

Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos: 2

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	WhatsApp Image 2025-05-02 at 10.41.23 (1).jpeg			image/jpeg	#8f0d3f98-e509fb39-6814cdd603cd92.44964475#	02-05-2025 10:51
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	WhatsApp Image 2025-05-02 at 10.41.23 .jpeg			image/jpeg	#8f0d3f98-e509fb39-6814cdd606cfd0.86467184#	02-05-2025 10:51

Solução: 1**Encerrado:**

Visita técnica e manutenção do equipamento realizadas, sob responsabilidade da empresa Masterlab, em 27/06/2025.

Processo de manutenção do bem concluído pela empresa responsável por serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.

Solução aprovada em 04-07-2025 08:36 Por Carlos Vicente Da Silva