

Manutenção Equipamentos**Data de abertura:** 29-05-2025 10:07**Por:** Sandra dos Santos Silveira**Última atualização:** 27-06-2025 15:40 por Magno Carvalho de Oliveira**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 28-06-2025 10:07**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Em atendimento (atribuído)**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Sandra dos Santos Silveira**Grupo requerente:****Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

1) Laboratório/Local : 615 Complexo de Alimentos**2) Número do prédio :** 2**3) Número da sala :** 615**4) Turno de trabalho para visita técnica :** Tarde

Observações para visita técnica:

5) Email : lab615@ufcspa.edu.br**6) Telefone :** 33038846**7) Ramal :** 8846**8) Observações :** Sim**9) Descreva aqui sua observação :**

Visita técnica para avaliação preferencialmente no turno da tarde.

Dados do equipamento:

10) Lotes de Equipamentos : Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores**11) Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores :** Forno combinado elétrico

12) Tipo de manutenção: : Corretiva

13) Código de patrimônio: : 23074

14) Uso predominantemente do equipamento: : Graduação

15) Descrição do problema: :

O forno combinado elétrico é utilizado para todas as atividades do laboratório: graduação, pesquisa, extensão, atividades operacionais, eventos, empresa júnior, etc.

PROBLEMA:

o forno liga, mas não está aquecendo, nem desempenhando as funções de cozimento.

Acompanhamentos: 6

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	26-06-2025 19:07	Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Segue orçamento da atividade de reparo realizada.

	17-06-2025 16:56	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Visita técnica e manutenção do equipamento realizadas, sob responsabilidade da empresa Médicabio, em 11/06/2025.

	10-06-2025 17:45	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Informo que após tentativas de reparo realizadas pela empresa contratada para serviços de manutenção de equipamentos laboratoriais da UFCSPA, ficou determinada a necessidade de substituição da peça capacitor a fim de retomar o funcionamento adequado do equipamento.

A empresa Médicabio, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a data do dia 11/06/2025, quarta-feira, para visita técnica e manutenção do equipamento, durante o turno da manhã.

	05-06-2025 17:46	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Visita técnica e verificação inicial do equipamento realizadas pela empresa Médicabio em 05/06/2025.

	29-05-2025 14:07	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos
--	---------------------	------------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

	29-05-2025 10:50	Sandra dos Santos Silveira
--	---------------------	----------------------------

Descrição:

Apenas complementando, que o forno aquece fraco no temporizador, não cozinhando bem os alimentos.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: Nenhum item para ser mostrado