
ORÇAMENTOS MASTERLAB

13 mensagens

Fernanda Ferraz -Masterlab <fernanda@masterlabrs.com.br>

28 de maio de 2025 às 09:54

Para: Magda Schardosim <msbrasil@ufcspa.edu.br>

Cc: Matheus Brasil da Silva <matheusbs@ufcspa.edu.br>

Bom dia prezados,

Segue em anexo orçamentos solicitados,

Atenciosamente,



FERNANDA FERRAZ

 fernanda@masterlabrs.com.br

 +55 51 3041-4614

 +55 51 98152-7614



Não contém vírus. www.avast.com



ORÇAMENTOS MASTERLAB MAIO 2025.pdf
107K

Matheus Brasil da Silva <matheusbs@ufcspa.edu.br>

29 de maio de 2025 às 15:37

Para: Fernanda Ferraz -Masterlab <fernanda@masterlabrs.com.br>

Cc: Magda Schardosim <msbrasil@ufcspa.edu.br>

Prezada Fernanda, boa tarde!

Após análise dos orçamentos encaminhados referentes a manutenção de equipamentos laboratoriais vinculados à graduação, requisito, por gentileza, a revisão dos seguintes itens:

- **OS_13340** - Freezer vertical cinza, **patrimônio nº 30470**: O equipamento compõem o **Lote 5 de equipamentos - "Refrigeração normal"**, cujo valor de hora técnica, de acordo com o disposto no subitem 1.2 "Objeto da

contratação" do contrato em vigor, **apresenta valor de hora técnica igual a R\$ 150,00**. No documento encaminhado *encontra-se discriminado o valor de hora técnica de R\$ 195,82; valor divergente do disposto em Contrato*.

Não identificou-se a discriminação do valor de orçamento da peça a ser substituída. É necessário que sejam apresentadas 03 (três) propostas de fornecedores diferentes para a peça a ser substituída. A necessidade está disposta no subitem 5.4.6 do termo de referência do contrato firmado e em vigor. Dentre os orçamentos de peças encaminhados por e-mail, foi identificado um único orçamento para "Gaxeta/Borracha da porta do freezer" (Flex Clima Comércio de Eletrodomésticos Ltda.).

- **OS_13341** - Refrigerador branco expositor vertical com porta de vidro, **patrimônio nº 12776**: O equipamento compõem o **Lote 5 de equipamentos - "Refrigeração normal"**, cujo valor de hora técnica, de acordo com o disposto no subitem 1.2 "Objeto da contratação" do contrato em vigor, **apresenta valor de hora técnica igual a R\$ 150,00**. No documento encaminhado *encontra-se discriminado o valor de hora técnica de R\$ 195,82; valor divergente do disposto em Contrato*.

- **OS_13342** - Refrigerador branco expositor vertical com porta de vidro, **patrimônio nº 12777**: O equipamento compõem o **Lote 5 de equipamentos - "Refrigeração normal"**, cujo valor de hora técnica, de acordo com o disposto no subitem 1.2 "Objeto da contratação" do contrato em vigor, **apresenta valor de hora técnica igual a R\$ 150,00**. No documento encaminhado *encontra-se discriminado o valor de hora técnica de R\$ 195,82; valor divergente do disposto em Contrato*.

- **OS_13343** - Refrigerador branco expositor vertical com porta de vidro, **patrimônio nº 12778**: O equipamento compõem o **Lote 5 de equipamentos - "Refrigeração normal"**, cujo valor de hora técnica, de acordo com o disposto no subitem 1.2 "Objeto da contratação" do contrato em vigor, **apresenta valor de hora técnica igual a R\$ 150,00**. No documento encaminhado *encontra-se discriminado o valor de hora técnica de R\$ 195,82; valor divergente do disposto em Contrato*.

Em complemento, informo que para os orçamentos **OS_13341, OS_13342, OS_13343** é necessário que sejam apresentadas 03 (três) propostas de fornecedores diferentes para cada peça a ser substituída. A necessidade está disposta no subitem 5.4.6 do termo de referência do contrato firmado e em vigor.

Desde já, agradeço. Fico à disposição.

Atenciosamente,

Matheus Brasil da Silva

Técnico de Laboratório Área

Fiscal Técnico COORDLAB - Contrato de Manutenção de Equipamentos Laboratoriais UFCSPA

Laboratório 301/P1 - COORDLAB

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA

Tel.: (51) 3303-8758

5 anexos



OS_13343_Pat_12778.pdf
54K



OS_13341_Pat_12776.pdf
54K



OS_13342_Pat_12777.pdf
54K



OS_13340_Pat_30470.pdf
53K



SEI_UFCSPA - 2058993 - 138 - Contrato.pdf
251K

Matheus Brasil da Silva <matheusbs@ufcspa.edu.br>

5 de junho de 2025 às 18:46

Para: Fernanda Ferraz -Masterlab <fernanda@masterlabrs.com.br>

Cc: Magda ScharDOSim <msbrasil@ufcspa.edu.br>

Prezada Fernanda, boa tarde!

Gostaria de verificar se houve algum **retorno referente aos orçamentos encaminhados para revisão**.

Em relação aos demais orçamentos submetidos, informo que as seguintes Ordens de Serviço foram aprovadas para manutenção:

- OS 13335 - **Orçamento aprovado.**
- OS 13344 - **Orçamento aprovado.**

Aguardo agendamento para a realização das respectivas manutenções.

Agradeço a sua atenção e colaboração.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Matheus Brasil da Silva <matheusbs@ufcspa.edu.br>
Para: Fernanda Ferraz -Masterlab <fernanda@masterlabrs.com.br>
Cc: Magda Schardosim <msbrasil@ufcspa.edu.br>

2 de julho de 2025 às 16:41

Prezada Fernanda, boa tarde;

Gostaria de verificar se houve algum **retorno referente aos orçamentos encaminhados para revisão**.
Aguardo envio dos orçamentos revisados.

Desde já, agradeço a atenção e permaneço à disposição.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Fernanda Ferraz -Masterlab <fernanda@masterlabrs.com.br>
Para: Matheus Brasil da Silva <matheusbs@ufcspa.edu.br>
Cc: Magda Schardosim <msbrasil@ufcspa.edu.br>

2 de julho de 2025 às 17:05

Boa tarde

Segue em anexo os atualizadas,

O laudo de baixa a Alessandra já enviou.

Atenciosamente,



FERNANDA FERRAZ

 fernanda@masterlabrs.com.br

 +55 51 3041-4614

 +55 51 98152-7614



[Texto das mensagens anteriores oculto]



Não contém vírus.www.avast.com

Matheus Brasil da Silva <matheusbs@ufcspa.edu.br>
Para: Fernanda Ferraz -Masterlab <fernanda@masterlabrs.com.br>
Cc: Magda Schardosim <msbrasil@ufcspa.edu.br>

2 de julho de 2025 às 18:10

Prezada Fernanda, boa tarde;

Indico que os orçamentos agora encaminhados **não correspondem a solicitação feita ao longo do presente e-mail**. *Conforme indicado no texto acima, as Ordens de Serviço requisitadas são:*

- **OS_13340** - Freezer vertical cinza, patrimônio nº 30470;
- **OS_13341** - Refrigerador branco expositor vertical com porta de vidro, patrimônio nº 12776;
- **OS_13342** - Refrigerador branco expositor vertical com porta de vidro, patrimônio nº 12777;
- **OS_13343** - Refrigerador branco expositor vertical com porta de vidro, patrimônio nº 12778;

Em complemento, informo que para os orçamentos **OS_13341, OS_13342, OS_13343** é necessário que sejam apresentadas 03 (três) propostas de fornecedores diferentes para cada peça a ser substituída (borrachas da porta). A necessidade está disposta no subitem 5.4.6 do termo de referência do contrato firmado e em vigor.

Desde já, agradeço. Fico à disposição.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Fernanda Ferraz -Masterlab <fernanda@masterlabrs.com.br>
Para: Matheus Brasil da Silva <matheusbs@ufcspa.edu.br>
Cc: Magda Schardosim <msbrasil@ufcspa.edu.br>

3 de julho de 2025 às 09:13

Bom dia prezado,

Segue em anexo orçamentos solicitados,

Atenciosamente,



FERNANDA FERRAZ

 fernanda@masterlabrs.com.br

 +55 51 3041-4614

 +55 51 98152-7614



De: Matheus Brasil da Silva <matheusbs@ufcspa.edu.br>
Enviada em: quarta-feira, 2 de julho de 2025 18:10
Para: Fernanda Ferraz -Masterlab <fernanda@masterlabrs.com.br>
Cc: Magda ScharDOSim <msbrasil@ufcspa.edu.br>
Assunto: Re: ORÇAMENTOS MASTERLAB

Prezada Fernanda, boa tarde;

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Não contém vírus.www.avast.com

3 anexos



BORRACHA VEDAÇÃO -3.pdf
210K



BORRACHA VEDAÇÃO 1.pdf
92K



BORRACHA DE VEDAÇÃO 2.pdf
306K

Matheus Brasil da Silva <matheusbs@ufcspa.edu.br>
Para: Fernanda Ferraz -Masterlab <fernanda@masterlabrs.com.br>
Cc: Magda ScharDOSim <msbrasil@ufcspa.edu.br>

3 de julho de 2025 às 12:08

Prezada Fernanda, bom dia;

Agradeço o envio dos documentos.

Por gentileza, **requisito a revisão das seguintes Ordens de Serviço (OS):**

- **OS_13340 (Patrimônio nº 30470)**
- **OS_13341 (Patrimônio nº 12776)**
- **OS_13342 (Patrimônio nº 12777)**
- **OS_13343 (Patrimônio nº 12778)**

Como pode ser visualizado nos documentos previamente enviados e que compõem o anexo do presente e-mail, o valor da hora técnica especificado é de R\$ 195,82. Contudo, de acordo com o disposto no subitem 1.2 "Objeto da contratação" do contrato em vigor, **o valor de hora técnica para bens que compõem o Lote 5 de equipamentos - "Refrigeração normal" corresponde a R\$ 150,00.**

Até o momento, não recebi tais Ordens de Serviço atualizadas. Dessa forma, aguardo o envio desses documentos para que seja possível a solicitação de aprovação do reparo junto a da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração e continuidade do processo de manutenção dos equipamentos.

Além disso, **requisito revisão dos orçamentos de fornecedores que foram enviados.** Verifica-se que em *nenhum deles consta o valor da peça de R\$ 120,00, conforme indicado nas Ordens de Serviço OS_13341, OS_13342, OS_13343* (verificar documentos em anexo).

Desde já, agradeço a atenção. Permaneço à disposição.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos



OS_13340_Pat_30470.pdf
53K



OS_13341_Pat_12776.pdf
54K

 **OS_13342_Pat_12777.pdf**
54K

 **OS_13343_Pat_12778.pdf**
54K

Fernanda Ferraz -Masterlab <fernanda@masterlabrs.com.br>
Para: Matheus Brasil da Silva <matheusbs@ufcspa.edu.br>
Cc: Magda Schardosim <msbrasil@ufcspa.edu.br>

3 de julho de 2025 às 12:43

Boa tarde

Segue orçamentos atualizados,

Atenciosamente,



FERNANDA FERRAZ

 fernanda@masterlabrs.com.br

 +55 51 3041-4614

 +55 51 98152-7614



De: Matheus Brasil da Silva <matheusbs@ufcspa.edu.br>
Enviada em: quinta-feira, 3 de julho de 2025 12:08
Para: Fernanda Ferraz -Masterlab <fernanda@masterlabrs.com.br>
Cc: Magda Schardosim <msbrasil@ufcspa.edu.br>
Assunto: Re: ORÇAMENTOS MASTERLAB

Prezada Fernanda, bom dia;

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Não contém vírus.www.avast.com



os 13340 os 13341 os 13342 os 13343.pdf
68K

Matheus Brasil da Silva <matheusbs@ufcspa.edu.br>
Para: Fernanda Ferraz -Masterlab <fernanda@masterlabrs.com.br>
Cc: Magda Schardosim <msbrasil@ufcspa.edu.br>

3 de julho de 2025 às 14:53

Prezada Fernanda, boa tarde!

Agradeço imensamente o envio das Ordens de Serviço atualizadas.

Permaneço aguardando o envio dos orçamentos dos fornecedores para as borrachas das portas dos três refrigeradores. *É importante que esses orçamentos contemplem o valor de R\$ 120,00 por peça, em conformidade com o que é indicado nas Ordens de Serviço OS_13341, OS_13342 e OS_13343.*

Desde já, agradeço pela atenção e suporte prestados.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Fernanda Ferraz -Masterlab <fernanda@masterlabrs.com.br>
Para: Matheus Brasil da Silva <matheusbs@ufcspa.edu.br>

3 de julho de 2025 às 14:57

Matheus,

O valor que eu tenho no 120,00 não é do padrão do ufcspa. Desta forma, terei que alterar o valor peça para o valor de R\$ 360,00. Pode ser?

Atenciosamente,



FERNANDA FERRAZ

 fernanda@masterlabrs.com.br

 +55 51 3041-4614

 +55 51 98152-7614



De: Matheus Brasil da Silva <matheusbs@ufcspa.edu.br>
Enviada em: quinta-feira, 3 de julho de 2025 14:54
Para: Fernanda Ferraz -Masterlab <fernanda@masterlabrs.com.br>
Cc: Magda Schardosim <msbrasil@ufcspa.edu.br>
Assunto: Re: ORÇAMENTOS MASTERLAB

Prezada Fernanda, boa tarde!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Não contém vírus.www.avast.com

Matheus Brasil da Silva <matheusbs@ufcspa.edu.br>

3 de julho de 2025 às 17:14

Para: Fernanda Ferraz -Masterlab <fernanda@masterlabrs.com.br>

Boa tarde, Fernanda;

Não compreendi. Está se referindo à peça que não é do padrão adequado ou ao orçamento?

O valor da peça na Ordem de Serviço (OS) deve corresponder exatamente ao orçamento do fornecedor que **indicou o menor preço e de quem a empresa efetivamente fará a compra**. *Deve corresponder diretamente ao modelo adequado, com as especificações necessárias e totalmente compatível com o equipamento aguardando manutenção.*

No caso de dificuldade em relação à obtenção dos orçamentos dos diferentes fornecedores, é possível o encaminhamento dos orçamentos com formato divergente do previsto, desde que sejam enviados os comprovantes das tentativas de tratativas realizadas com os fornecedores (por e-mail, contendo data e endereço eletrônico).

A orientação, fornecida pela Divisão de Contratos da Universidade, fica restrita a situações de grande dificuldade para contato com os fornecedores e levantamento dos orçamentos de peças substituídas nos processos de manutenção de equipamentos laboratoriais realizados.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Matheus Brasil da Silva <matheusbs@ufcspa.edu.br>

4 de julho de 2025 às 18:35

Para: Fernanda Ferraz -Masterlab <fernanda@masterlabrs.com.br>

Cc: Magda ScharDOSim <msbrasil@ufcspa.edu.br>

Prezada Fernanda, boa tarde;

Em retorno aos documentos encaminhados, informo que a **Ordem de Serviço OS_13340** para manutenção do equipamento **freezer, patrimônio nº 30470 está aprovada** para realização do reparo. Aguardo agendamento para realização da manutenção.

Desde já, agradeço. Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]