

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 09-06-2025 16:09

Por: Marília Remuzzi Zandona

Última atualização: 06-08-2025 07:38 por Magda Schardosim

Tempo para atendimento:

Tempo para solução: 09-07-2025 16:09

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: PROAD > Manutenção de equipamentos

Status: Em atendimento (atribuído)

Origem da requisição: Formcreator

Urgência: Média

Aprovação: Concedida

Impacto: Médio

Localização:

Prioridade: Média

Requerente: Marília Remuzzi Zandona

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador: PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais

Atribuído a um fornecedor:

Título: Manutenção Equipamentos

Descrição:

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

1) Laboratório/Local : 304

2) Número do prédio : 3

3) Número da sala: : 304

4) Turno de trabalho para visita técnica: : Manhã

Observações para visita técnica:

5) Email: : mariliaz@ufcspa.edu.br

6) Telefone : 33038799

7) Ramal: : 8799

8) Observações: :

Dados do equipamento:

9) Lotes de Equipamentos: : Lote 10: Nobreaks e Estabilizadores

10) Lote 10: Nobreaks e Estabilizadores : NoBreak

11) Tipo de manutenção: : Preventiva

12) Código de patrimônio: : 19600

13) Uso predominantemente do equipamento: : Pesquisa

14) Descrição do problema: :

Revisão das baterias

Acompanhamentos: 7

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	06-08-2025 07:38	Magda Schardosim

Descrição:

Bom dia Marília,

Sim, verdade!! Somente foi autorizada a preventiva.

Obrigada pelo retorno.

	05-08-2025 10:09	Marilia Remuzzi Zandona
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Bom dia, Magda!

Não foi autorizado o conserto. **O valor orçado ultrapassa o valor de preço atual de mercado, conforme cotação anexada ao chamado.**

	05-08-2025 09:11	Magda Schardosim
--	---------------------	------------------

Descrição:

Bom dia Marília,

Gostaria de confirmasse se a manutenção foi realizada e se o equipamento ficou funcionando como esperado.

Fico no aguardo.

	02-07-2025 14:05	Magda Schardosim
--	---------------------	------------------

Descrição:

Segue anexos orçamento de conserto (Reprovado) e cotação de valor de mercado.

	02-07-2025 14:03	Magda Schardosim
--	---------------------	------------------

Descrição:

Boa tarde Marília,

Infelizmente, não vamos conseguir aprovar o orçamento de conserto apresentado pela empresa Masterlab. O valor orçado ultrapassa o valor de preço atual de mercado, conforme cotação anexada ao chamado.

Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

	10-06-2025 18:33	Magda Schardosim
--	---------------------	------------------

Descrição:

Olá Marília,

A Masterlab tem uma visita à UFCSPA agendada para amanhã, quarta-feira, dia 11/06, vou tentar encaixar este chamado na mesma data.

	10-06-2025	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos
--	------------	------------------------------------

Descrição:

10:07

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado**Documento:** Nenhum item para ser mostrado**Solução:** Nenhum item para ser mostrado