

Fonte de luz (1098)- Lupa (Manutenção Equipamentos)

Data de abertura: 15-07-2025 16:33**Por:** Juliana de Souza Longaray**Última atualização:** 15-08-2025 11:09 por Magno Carvalho de Oliveira**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 14-08-2025 16:33**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Em atendimento (atribuído)**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Juliana de Souza Longaray
Milena Meyrer da Silveira**Grupo requerente:** PROINFRA > COORDLAB > Lab 305**Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Fonte de luz (1098)- Lupa (Manutenção Equipamentos)**Descrição:**

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

1) Laboratório/Local : Laboratório de biofísica e fisiologia**2) Número do prédio :** 1**3) Número da sala :** 305**4) Turno de trabalho para visita técnica :** Tarde

Observações para visita técnica:

5) Email : lab305@ufcspa.edu.br**6) Telefone :** 5133038775**7) Ramal :** 8775**8) Observações :**

Dados do equipamento:

9) Lotes de Equipamentos : Lote 6: Microscópios**10) Lote 6: Microscópios :** Lupa**11) Tipo de manutenção :** Corretiva**12) Código de patrimônio :** 1098

13) Uso predominantemente do equipamento: : Pesquisa

14) Descrição do problema: :

Fonte de luz Olympus TL3 utilizada para lupa não está ligando.

Acompanhamentos: 3

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	16-07-2025 11:41	Milena Meyrer da Silveira

Descrição:

Bom dia Magda!

A fonte de luz não foi encaminhada para conserto com a lupa [PI #2019135401] . São equipamentos separados, mas que pertencem ao mesmo número de patrimônio (1098).



16-07-2025
08:23

Magda Schardosim

Descrição:

Prezada Juliana,

Como tivemos a pouco tempo um PI para esse equipamento, pergunto se é outro defeito apresentado ou um pedido de acionamento de garantia do chamado anterior?

15-07-2025
16:54

Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: Nenhum item para ser mostrado