

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 07-01-2025 14:56

Por: Equipe Técnica 004 [UFCSPA]

Última atualização: 11-08-2025 14:40 por Isabel Cristina Gurgel da Silva

Tempo para atendimento:

Tempo para solução: 06-02-2025 14:56

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: PROAD > Manutenção de equipamentos

Status: Fechado- 11-08-2025 14:40

Origem da requisição: Formcreator

Urgência: Média

Aprovação: Concedida

Impacto: Médio

Localização:

Prioridade: Média

Requerente: Isabel Cristina Gurgel da Silva (isabelg@ufcspa.edu.br)

Grupo requerente: PROINFRA > COORDLAB > Lab 004-201-202-205

Observador:

Grupo observador: PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais, PROINFRA > COORDLAB > Lab 004-201-202-205

Atribuído a um fornecedor:

Título: Manutenção Equipamentos

Descrição:

Data do formulário

Dados do local do equipamento:

1) Laboratório/Local : Microbiologia

2) Número do prédio : 1

3) Número da sala : 004

4) Turno de trabalho para visita técnica : Tarde

Observações para visita técnica:

5) Email : equipetecnica004@ufcspa.edu.br

6) Telefone : 33038742

7) Ramal : 8742

8) Observações :

Dados do equipamento:

9) Lotes de Equipamentos : Lote 6: Microscópios

10) Lote 6: Microscópios : Microscópio Binocular

11) Tipo de manutenção : Corretiva

12) Código de patrimônio : 3673

13) Uso predominantemente do equipamento : Graduação

14) Descrição do problema :

Manutenção preventiva total**Manutenção corretiva, com os seguintes serviços:**

Limpeza total (externa e interna de todas as lentes do equipamento – oculares, objetivas)

Troca de fonte de luz atualmente soquete para lâmpada de led impreterivelmente branca (clara)

Acompanhamentos: 4

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	11-08-2025 14:40	Isabel Cristina Gurgel da Silva

Descrição: Solução aprovada

E-Mail	17-01-2025 18:40	Matheus Brasil da Silva
--------	---------------------	-------------------------

Descrição:

Visita técnica e verificação preliminar iniciadas pela empresa Medicabio em 14/01/2025.

E-Mail	13-01-2025 18:58	Matheus Brasil da Silva
--------	---------------------	-------------------------

Descrição:

Prezada Equipe Técnica, boa tarde

A empresa Medicabio, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a data do dia 14/01/25, terça-feira, para visita técnica e verificação inicial do equipamento, no turno indicado (tarde). Fico à disposição. Atenciosamente,
Matheus Brasil

E-Mail	08-01-2025 11:10	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos
--------	---------------------	------------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado**Documentos: 2**

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	PATRIMONI O_3673.pdf			applicati on/pdf	#2049be8a-768175b3- 677e874acab3f9.81331 571#	08-01-2 025 11:10
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	Orçamento _20250031 5_Pat_3673 .pdf			applicati on/pdf	#2049be8a-768175b3- 67ec44b0a55879.5921 0443#	01-04-2 025 16:56

Solução: 1**Encerrado:**

Processo de manutenção do bem concluído, sob responsabilidade da empresa encarregada pelos serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.

Solução aprovada em 11-08-2025 14:40 Por Isabel Cristina Gurgel da Silva