

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 07-01-2025 14:54

Por: Equipe Tecnica 004 [UFCSPA]

Última atualização: 11-08-2025 14:40 por Isabel Cristina Gurgel da Silva

Tempo para atendimento:

Tempo para solução: 06-02-2025 14:54

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: PROAD > Manutenção de equipamentos

Status: Fechado- 11-08-2025 14:40

Origem da requisição: Formcreator

Urgência: Média

Aprovação: Concedida

Impacto: Médio

Localização:

Prioridade: Média

Requerente: Equipe Tecnica 004 [UFCSPA]
Isabel Cristina Gurgel da Silva (isabelg@ufcspa.edu.br)

Grupo requerente: PROINFRA > COORDLAB > Lab 004-201-202-205

Observador:

Grupo observador: PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais

Atribuído a um fornecedor:

Título: Manutenção Equipamentos

Descrição:

Data do formulário

Dados do local do equipamento:

- 1) Laboratório/Local : Microbiologia
- 2) Número do prédio : 1
- 3) Número da sala : 004
- 4) Turno de trabalho para visita técnica : Tarde

Observações para visita técnica:

- 5) Email : equipetecnica004@ufcspa.edu.br
- 6) Telefone : 33038742
- 7) Ramal : 8742
- 8) Observações :

Dados do equipamento:

- 9) Lotes de Equipamentos : Lote 6: Microscópios
- 10) Lote 6: Microscópios : Microscópio Binocular
- 11) Tipo de manutenção : Corretiva
- 12) Código de patrimônio : 4004
- 13) Uso predominantemente do equipamento : Graduação
- 14) Descrição do problema :

Manutenção preventiva total**Manutenção corretiva, com os seguintes serviços:**

Limpeza total (externa e interna de todas as lentes do equipamento – oculares, objetivas)

Troca de fonte de luz atualmente soquete para lâmpada de led impreterivelmente branca (clara)

Acompanhamentos: 4

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	11-08-2025 14:40	Isabel Cristina Gurgel da Silva

Descrição: Solução aprovada

E-Mail	17-01-2025 18:38	Matheus Brasil da Silva
--------	---------------------	-------------------------

Descrição:

Visita técnica e verificação preliminar iniciadas pela empresa Médicabio em 14/01/2025.

E-Mail	13-01-2025 18:55	Matheus Brasil da Silva
--------	---------------------	-------------------------

Descrição:

Prezado corpo técnico, boa tarde

A empresa Médicabio, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a data do dia 14/01/25, terça-feira, para visita técnica e verificação inicial do equipamento, no turno indicado (tarde). Fico à disposição. Atenciosamente,

Matheus Brasil

E-Mail	08-01-2025 11:03	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos
--------	---------------------	------------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado**Documentos: 2**

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	PATRIMONIO_4004.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-677e85c23f0d76.67970958#	08-01-2025 11:03
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	Orçamento_20250031_1_Pat_4004.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-67ec4283430024.87969966#	01-04-2025 16:46

Solução: 1**Encerrado:**

Processo de manutenção do bem concluído, sob responsabilidade da empresa encarregada pelos serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.

Solução aprovada em 11-08-2025 14:40 Por Isabel Cristina Gurgel da Silva