

pHmetro 060600 - Manutenção Equipamentos**Data de abertura:** 09-07-2025 16:08**Por:** Milena Meyrer da Silveira**Última atualização:** 07-08-2025 07:49 por Matheus Brasil da Silva**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 08-08-2025 16:08**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Fechado- 07-08-2025 07:49**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Milena Meyrer da Silveira
Juliana de Souza Longaray**Grupo requerente:** PROINFRA > COORDLAB > Lab 305**Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** pHmetro 060600 - Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

1) Laboratório/Local : Laboratório de Fisiologia e Biofísica**2) Número do prédio :** 1**3) Número da sala :** 305**4) Turno de trabalho para visita técnica :** Tarde

Observações para visita técnica:

5) Email : lab305@ufcspa.edu.br**6) Telefone :** 33038775**7) Ramal :** 8775**8) Observações :**

Dados do equipamento:

9) Lotes de Equipamentos : Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores**10) Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores :** Phmetro Digital**11) Tipo de manutenção :** Corretiva**12) Código de patrimônio :** 60600

13) Uso predominantemente do equipamento: : Graduação

14) Descrição do problema: :

O pHmetro (patrimônio 060600) está apresentando instabilidade na leitura. Solicitamos avaliação e manutenção.

Obrigada!

Acompanhamentos: 4

<i>Fonte de acompanhamento</i>	<i>Data</i>	<i>Requerente</i>
	21-07-2025 12:17	Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Visita técnica e verificação inicial do equipamento realizadas pela empresa Médicabio em 16/07/2025.

	15-07-2025 09:53	Milena Meyrer da Silveira
--	---------------------	---------------------------

Descrição:

De acordo com a data sugerida.

	14-07-2025 17:22	Amanda da Silva
--	---------------------	-----------------

Descrição:

Prezadas,

A empresa responsável pela manutenção indicou o dia 16/07, quarta-feira para a primeira verificação do equipamento. Estão de acordo?

	09-07-2025 16:23	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos
--	---------------------	------------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: 1

Encerrado:

Processo de manutenção do bem concluído, sob responsabilidade da empresa encarregada pelos serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.