

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 06-01-2025 14:05

Por: Equipe Tecnica 004 [UFCSPA]

Última atualização: 02-10-2025 22:05 por Matheus Brasil da Silva

Tempo para atendimento:

Tempo para solução: 05-02-2025 14:05

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: PROAD > Manutenção de equipamentos

Status: Fechado- 02-10-2025 22:05

Origem da requisição: Formcreator

Urgência: Média

Aprovação: Concedida

Impacto: Médio

Localização:

Prioridade: Média

Requerente: Isabel Cristina Gurgel da Silva (isabelg@ufcspa.edu.br)

Grupo requerente: PROINFRA > COORDLAB > Lab 004-201-202-205

Observador:

Grupo observador: PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais, PROINFRA > COORDLAB > Lab 004-201-202-205

Atribuído a um fornecedor:

Título: Manutenção Equipamentos

Descrição:

Data do formulário

Dados do local do equipamento:

1) Laboratório/Local : Microbiologia

2) Número do prédio : 1

3) Número da sala : 205

4) Turno de trabalho para visita técnica : Tarde

Observações para visita técnica:

5) Email : equipetecnica004@ufcspa.edu.br

6) Telefone : 33038742

7) Ramal : 8742

8) Observações :

Dados do equipamento:

9) Lotes de Equipamentos : Lote 7: Capelas

10) Lote 7: Capelas : Capela de Fluxo Laminar

11) Tipo de manutenção : Corretiva

12) Código de patrimônio : 31978

13) Uso predominantemente do equipamento : Graduação

14) Descrição do problema :

Troca de lâmpadas (UV e branca). Verificação de filtros / certificação de funcionamento adequado de proteção. Serviços de manutenção preventiva.

Acompanhamentos: 6

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	10-09-2025 15:32	Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Segue anexo ao presente chamado, relatório emitido pela empresa CCL referente ao equipamento.

O documento informa a substituição da lâmpada e do reator por kit de iluminação de LED, finalizando, assim, a pendência de manutenção anterior.

	17-06-2025 16:18	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Segue anexo ao presente chamado, relatório emitido pela empresa CCL referente ao equipamento.

O documento apresenta a certificação da cabine de segurança biológica. Adicionalmente, há uma pendência referente à troca da lâmpada, com a alternativa de substituição por iluminação LED. Além disso, sugere a substituição do manômetro do equipamento.

	17-06-2025 16:12	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Visita técnica e certificação do equipamento realizadas pela empresa CCL em 11/06/2025.

E-Mail	14-01-2025 18:30	Matheus Brasil da Silva
--------	---------------------	-------------------------

Descrição:

Visita técnica e verificação inicial do equipamento realizadas pela empresa CCL em 14/01/2025.

E-Mail	09-01-2025 16:52	Matheus Brasil da Silva
--------	---------------------	-------------------------

Descrição:

Prezado corpo técnico, boa tarde!

A empresa CCL, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a data do dia 14/01/2025, terça-feira, para visita técnica e verificação inicial do equipamento, no período a partir das 10:00. Fico à disposição. Atenciosamente,

Matheus Brasil.

E-Mail	08-01-2025 01:59	Aline Willrich Comparsi
--------	---------------------	-------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos: 3

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	PATRIMONI O_31978.pdf			applicati on/pdf	#2049be8a-768175b3- 677e0632780fe0.5023 2298#	08-01-2 025 01:59
Documento: Chamado -	UFCSPA	OS_0068.2			applicati	#8f0d3f98-e509fb39-6	05-05-2

Manutenção Equipamentos		025_Pat_31978.pdf			on/pdf	818db92694f65.88134376#	02512:39
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	Cotação de valores atuais em mercado.pdf			applicati on/pdf	#8f0d3f98-e509fb39-6818dc03b171c9.33787645#	05-05-202512:40

Solução: 1**Encerrado:**

Processo de manutenção do bem concluído, sob responsabilidade da empresa encarregada pelos serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.