

Manutenção Equipamentos**Data de abertura:** 04-08-2025 15:19**Por:** Luiz Carlos Rodrigues Junior**Última atualização:** 15-09-2025 17:43 por Magno Carvalho de Oliveira**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 03-09-2025 15:19**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Em atendimento (atribuído)**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Luiz Carlos Rodrigues Junior**Grupo requerente:****Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

- 1) Laboratório/Local : Biotério
- 2) Número do prédio : 3
- 3) Número da sala : Biotério
- 4) Turno de trabalho para visita técnica: : Tarde

Observações para visita técnica:

5) Email: : luizcrj@ufcspa.edu.br

6) Telefone : 51991536749

7) Ramal: : 8746

8) Observações: : Sim

9) Descreva aqui sua observação: :

O biotério tem pessoal para atendimento de segunda a sexta das 8h até 16h

Dados do equipamento:

10) Lotes de Equipamentos: : Lote 7: Capelas

11) Lote 7: Capelas : Cabine de Fluxo Laminar

12) Tipo de manutenção: : Corretiva

13) Código de patrimônio: : 36336

14) Uso predominantemente do equipamento: : Pesquisa

15) Descrição do problema: :

Motor de fluxo de ar não está funcionando.

Acompanhamentos: 3

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	01-09-2025 11:05	Magda Schardosim

Descrição:

Prezado Professor Luiz,

Informo que o técnico Everton da Silva, da empresa CCL, realizará a avaliação do equipamento nesta terça-feira, dia 02/setembro, no turno da tarde (a partir das 13h).

Fico à disposição.

	06-08-2025 07:28	Magda Schardosim
--	---------------------	------------------

Descrição:

Prezado,

Encaminhamos sua solicitação à empresa responsável pela manutenção do lote 7 (Capelas). Assim que agendarem uma data para avaliação do equipamento, avisaremos.

	04-08-2025 15:21	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos
--	---------------------	------------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: Nenhum item para ser mostrado