

Manutenção Equipamentos**Data de abertura:** 03-09-2025 15:19**Por:** Paulo Guilherme Markus Lopes**Última atualização:** 14-10-2025 16:27 por Matheus Brasil da Silva**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 08-10-2025 15:06**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Solucionado- 14-10-2025 16:27**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Paulo Guilherme Markus Lopes**Grupo requerente:****Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

- 1) **Laboratório/Local :** Laboratório Farmacotécnica e Cosmetologia
- 2) **Número do prédio :** 2
- 3) **Número da sala :** 607
- 4) **Turno de trabalho para visita técnica:** : Tarde

Observações para visita técnica:

- 5) **Email:** : lab617@ufcspa.edu.br
- 6) **Telefone :** 33038847
- 7) **Ramal:** : 8847
- 8) **Observações:** :

Dados do equipamento:

- 9) **Lotes de Equipamentos:** : Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores
- 10) **Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores :** Chapa Agitadora Aquecedora
- 11) **Tipo de manutenção:** : Corretiva
- 12) **Código de patrimônio:** : 42777

13) Uso predominantemente do equipamento: : Graduação

14) Descrição do problema: :

Chapa apresentou curto circuito ao ser ligada (na voltagem correta de 220V).

Acompanhamentos: 5

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	29-09-2025 14:25	Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Equipamento recolhido pela empresa CriticalCare, em 26/09/2025, para manutenção em ambiente localizado em suas dependências físicas.

	15-09-2025 16:13	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Prezado Paulo, boa tarde!

A empresa CriticalCare, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a data do dia 17/09/2025, quarta-feira, para visita técnica e verificação do equipamento, no turno indicado (tarde).

Permaneço à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

	11-09-2025 15:26	Paulo Guilherme Markus Lopes
--	---------------------	------------------------------

Descrição:

A chapa está aquecendo independente do comando liga/desliga.

	05-09-2025 08:45	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos
--	---------------------	------------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

	03-09-2025 17:18	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Visita técnica e manutenção do equipamento realizadas, sob responsabilidade da empresa Médicabio, em 03/09/2025.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: 2

Encerrado:

Processo de manutenção do bem concluído, sob responsabilidade da empresa encarregada pelos serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.

Solução recusada em 11-09-2025 15:26 Por Paulo Guilherme Markus Lopes

Encerrado:

Processo de manutenção do bem concluído pela empresa responsável por serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.

Equipamento, em funcionamento, entregue ao laboratório em 02/10/2025.