

Manutenção Equipamentos**Data de abertura:** 16-09-2025 15:02**Por:** Camila Scheid**Última atualização:** 02-10-2025 22:05 por Matheus Brasil da Silva**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 16-10-2025 15:02**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Fechado- 02-10-2025 22:05**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Camila Scheid**Grupo requerente:****Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

- 1) Laboratório/Local : Central Analítica
- 2) Número do prédio : 1
- 3) Número da sala: : 1B
- 4) Turno de trabalho para visita técnica: : Tarde

Observações para visita técnica:

- 5) Email: : central_analitica@ufcspa.edu.br
- 6) Telefone : 5133038883
- 7) Ramal: : 8883
- 8) Observações: :

Dados do equipamento:

- 9) Lotes de Equipamentos: : Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores
- 10) Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores : Agitador Vórtex
- 11) Tipo de manutenção: : Corretiva
- 12) Código de patrimônio: : 2135

13) Uso predominantemente do equipamento: : Graduação

14) Descrição do problema: :

Não está ligando.

Acompanhamentos: 2

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	17-09-2025 10:23	Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Prezada Camila, bom dia!

A fim de aproveitar a visita já agendada, a empresa CriticalCare, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a tarde de hoje para verificação inicial do equipamento, conforme turno indicado na solicitação.

Fico à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

	16-09-2025 15:47	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos
--	---------------------	------------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: 1

Encerrado:

Processo de manutenção do bem concluído, sob responsabilidade da empresa encarregada pelos serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.