

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 17-09-2025 14:11**Por:** Sandra dos Santos Silveira**Última atualização:** 02-10-2025 22:05 por Matheus Brasil da Silva**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 17-10-2025 14:11**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Fechado- 02-10-2025 22:05**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Sandra dos Santos Silveira**Grupo requerente:****Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

1) Laboratório/Local : 615 Complexo de Alimentos**2) Número do prédio :** 2**3) Número da sala :** 615**4) Turno de trabalho para visita técnica :** Tarde

Observações para visita técnica:

5) Email : lab615@ufcspa.edu.br**6) Telefone :** 33038846**7) Ramal :** 8846**8) Observações :**

Dados do equipamento:

9) Lotes de Equipamentos : Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores**10) Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores :** Banho Maria com agitação**11) Tipo de manutenção :** Corretiva**12) Código de patrimônio :** 31627

13) Uso predominantemente do equipamento: : Graduação

14) Descrição do problema: :

Banho-maria não funciona, não aquece

Acompanhamentos: 2

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	18-09-2025 15:13	Sandra dos Santos Silveira

Descrição:

Equipamento em funcionamento. Consertado e testado.

Atenciosamente,

Sandra

Lab. 615 Complexo de Alimentos

17-09-2025
16:03

Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: 1

Encerrado:

Processo de manutenção do bem concluído, sob responsabilidade da empresa encarregada pelos serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.