

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 10-09-2025 16:25**Por:** Sandra dos Santos Silveira**Última atualização:** 06-10-2025 09:02 por Matheus Brasil da Silva**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 10-10-2025 16:25**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Fechado- 06-10-2025 09:02**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Sandra dos Santos Silveira**Grupo requerente:****Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

- 1) Laboratório/Local : 615 Complexo de Alimentos
- 2) Número do prédio : 2
- 3) Número da sala: : 615
- 4) Turno de trabalho para visita técnica: : Tarde

Observações para visita técnica:

- 5) Email: : lab615@ufcspa.edu.br
- 6) Telefone : 33038846
- 7) Ramal: : 8846
- 8) Observações: :

Dados do equipamento:

- 9) Lotes de Equipamentos: : Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores
- 10) Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores : Misturador Planetário
- 11) Tipo de manutenção: : Corretiva
- 12) Código de patrimônio: : 29455

13) Uso predominantemente do equipamento: : Graduação

14) Descrição do problema: :

Batedeira industrial - misturador planetário, inox, marca: LEMAC

Parou de funcionar, foi colocado massa para misturar, bateu por cerca de 05 min e depois parou de funcionar sozinha, verificamos o quadro elétrico do laboratório e aparentemente estava tudo ok.

Acompanhamentos: 5

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	19-09-2025 10:17	Sandra dos Santos Silveira

Descrição:

Energia da tomada foi reestabelecida, portanto o equipamento foi testado e está funcionando.

Atenciosamente,

Sandra

Lab 615

18-09-2025
15:20

Sandra dos Santos Silveira

Descrição:

Equipamento consertado.

Falta apenas, a verificação por parte do setor da elétrica (chamado 2019142051) verificar a tomada da parede, que indicou não estar energizada para ligar o equipamento e testá-lo efetivamente.

Atenciosamente,

Sandra

LAB 615 Complexo de alimentos

16-09-2025
14:48

Sandra dos Santos Silveira

Descrição:

Prezado Matheus, boa tarde!

De acordo, estarei presente.

Atenciosamente,

Sandra

Lab 615

15-09-2025
16:20

Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Prezada Sandra, boa tarde!

A empresa CriticalCare, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a data do dia 17/09/2025, quarta-feira, para visita técnica e verificação do equipamento, no turno indicado (tarde).

Permaneço à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

11-09-2025
08:56

Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: 1

Encerrado:

Processo de manutenção do bem concluído, sob responsabilidade da empresa encarregada pelos serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.