

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 06-01-2025 14:00

Por: Equipe Tecnica 004 [UFCSPA]

Última atualização: 27-06-2025 15:52 por Magno Carvalho de Oliveira

Tempo para atendimento:

Tempo para solução: 05-02-2025 14:00

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: PROAD > Manutenção de equipamentos

Status: Em atendimento (atribuído)

Origem da requisição: Formcreator

Urgência: Média

Aprovação: Concedida

Impacto: Médio

Localização:

Prioridade: Média

Requerente: Equipe Tecnica 004 [UFCSPA]
Isabel Cristina Gurgel da Silva (isabelg@ufcspa.edu.br)

Grupo requerente: PROINFRA > COORDLAB > Lab 004-201-202-205

Observador:

Grupo observador: PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais

Atribuído a um fornecedor:

Título: Manutenção Equipamentos

Descrição:

Data do formulário

Dados do local do equipamento:

1) Laboratório/Local : Microbiologia

2) Número do prédio : 1

3) Número da sala : 201

4) Turno de trabalho para visita técnica : Tarde

Observações para visita técnica:

5) Email : equipetecnica004@ufcspa.edu.br

6) Telefone : 33038742

7) Ramal : 8742

8) Observações :

Dados do equipamento:

9) Lotes de Equipamentos : Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores

10) Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores : Esterilizador

11) Tipo de manutenção : Corretiva

12) Código de patrimônio : 32887

13) Uso predominantemente do equipamento : Graduação

14) Descrição do problema :

Esterilizador de cerâmica de alças microbiológicas que não liga/esquenta. Provavelmente troca de resistência.

Acompanhamentos: 3

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
E-Mail	20-01-2025 14:44	Isabel Cristina Gurgel da Silva

Descrição:

Informo que o equipamento foi retirado no dia de hoje, 20/01, pela empresa Médicabio, para manutenção em local externo à UFCSPA.

E-Mail	08-01-2025 01:57	Aline Willrich Comparsi
--------	---------------------	-------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

E-Mail	07-01-2025 16:53	Matheus Brasil da Silva
--------	---------------------	-------------------------

Descrição:

Visita técnica e verificação inicial do equipamento realizadas pela empresa Médicabio em 07/01/2025.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos: 3

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	PATRIMONIO_32887.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-677e05b214ec71.06936619#	08-01-2025 01:57
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	Orçamento_202500084_Pat_32887.pdf			application/pdf	#8f0d3f98-e509fb39-6824ff1677ab55.20177832#	14-05-2025 17:37
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	Cotação de valores atuais em mercado.pdf			application/pdf	#8f0d3f98-e509fb39-6824ff22563a14.69616667#	14-05-2025 17:38

Solução: Nenhum item para ser mostrado