

Manutenção Equipamentos**Data de abertura:** 05-08-2025 09:18**Por:** Luiz Carlos Rodrigues Junior**Última atualização:** 08-09-2025 10:50 por Magno Carvalho de Oliveira**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 04-09-2025 09:18**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Em atendimento (atribuído)**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Luiz Carlos Rodrigues Junior**Grupo requerente:****Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

- 1) Laboratório/Local : Imunovirologia
- 2) Número do prédio : 1
- 3) Número da sala: : 206
- 4) Turno de trabalho para visita técnica: : Tarde

Observações para visita técnica:

5) Email: : luizcrj@ufcspa.edu.br

6) Telefone : 51991536749

7) Ramal: : 8746

8) Observações: : Sim

9) Descreva aqui sua observação: :

A tarde tem mais chance de ter gente no laboratório

Dados do equipamento:

10) Lotes de Equipamentos: : Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores

11) Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores : Agitador Vórtex

12) Tipo de manutenção: : Corretiva

13) Código de patrimônio: : 41304

14) Uso predominantemente do equipamento: : Pesquisa

15) Descrição do problema: :

Equipamento parou de funcionar. Ele é 110, possivelmente foi ligado em 220V

Acompanhamentos: 3

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	14-08-2025 19:01	Magda Schardosim

Descrição:

Prezado,

A empresa realizará a visita para avaliação do problema do equipamento nesta sexta-feira, dia 15/08/2025, no turno indicado.

Caso não concorde com a data agendada, por favor, retorne que reagendaremos.

	06-08-2025 07:37	Magda Schardosim
--	---------------------	------------------

Descrição:

Prezado,

Encaminhamos sua solicitação para a empresa responsável pela manutenção. Assim que tivermos uma data para a avaliação do equipamento, entraremos em contato.

	05-08-2025 10:07	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos
--	---------------------	------------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: Nenhum item para ser mostrado