

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 15-04-2025 11:22**Por:** Giuliano Rizzotto Guimarães**Última atualização:** 12-11-2025 08:06 por Magda ScharDOSim**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 16-05-2025 08:39**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Solucionado- 12-11-2025 08:06**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Giuliano Rizzotto Guimarães**Grupo requerente:****Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Data do formulário

Dados do local do equipamento:

- 1) Laboratório/Local : pesquisa em patologia
- 2) Número do prédio : 3
- 3) Número da sala: : 514
- 4) Turno de trabalho para visita técnica: : Manhã

Observações para visita técnica:

- 5) Email: : rizzotto2@gmail.com
- 6) Telefone : 5133038802
- 7) Ramal: : 8802
- 8) Observações: :

Dados do equipamento:

- 9) Lotes de Equipamentos: : Lote 6: Microscópios
- 10) Lote 6: Microscópios : Microscópio Binocular
- 11) Tipo de manutenção: : Corretiva
- 12) Código de patrimônio: : 4228
- 13) Uso predominantemente do equipamento: : Pesquisa
- 14) Descrição do problema: :
equipamento não está transmitindo luz.

att

Acompanhamentos: 4

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	14-07-2025 08:08	Magda Schardosim

Descrição:

Vamos verificar com a empresa .

	10-07-2025 09:41	Giuliano Rizzotto Guimarães
--	---------------------	-----------------------------

Descrição:

Microscópio não foi entregue ao laboratório.

	30-04-2025 09:43	Magda Schardosim
--	---------------------	------------------

Descrição:

Olá Giuliano,

A visita técnica para análise do equipamento ficou pré agendada para o dia 05/05/2025, próxima segunda-feira.

Aguardamos confirmação sobre a disponibilidade de receber o técnico nesta data.

	15-04-2025 12:08	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos
--	---------------------	------------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: 1

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	PATRIMONIO_4228.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-67fe7673bfc8a0.47437118#	15-04-2025 12:08

Solução: 2

Solução:

Prezado Giuliano,

A empresa Medicabio nos informou que o conserto foi realizado.

Solicitamos que retorne esta mensagem, caso não concorde.

Solução recusada em 10-07-2025 09:41 Por Giuliano Rizzotto Guimarães

Solução:

Manutenção realizada e equipamento entregue funcionando.

Por favor, se não concordar com o informado pela empresa, retorne este.