

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 26-09-2025 12:11**Por:** Matheus Brasil da Silva**Última atualização:** 11-12-2025 18:30 por Matheus Brasil da Silva**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 26-10-2025 12:11**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Fechado- 11-12-2025 18:30**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Matheus Brasil da Silva**Grupo requerente:****Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

1) Laboratório/Local : Laboratório 301 (Lab. Clínico)**2) Número do prédio :** 1**3) Número da sala: :** Sala 301**4) Turno de trabalho para visita técnica: :** Tarde

Observações para visita técnica:

5) Email: : lab301@ufcspa.edu.br**6) Telefone :** 33038758**7) Ramal: :** 8758**8) Observações: :**

Dados do equipamento:

9) Lotes de Equipamentos: : Lote 7: Capelas**10) Lote 7: Capelas :** Capela p/ exaustão de gases**11) Tipo de manutenção: :** Preventiva**12) Código de patrimônio: :** 28889

13) Uso predominantemente do equipamento: : Graduação

14) Descrição do problema: :

Realizar validação e certificação do equipamento.

Acompanhamentos: 5

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	11-12-2025 18:30	Matheus Brasil da Silva

Descrição: Solução aprovada

	13-10-2025 17:35	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Segue anexo ao presente chamado, relatório emitido pela empresa CCL referente ao equipamento.

O documento apresenta a certificação emitida para a capela de exaustão de gases.

	13-10-2025 17:34	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Visita técnica para avaliação e certificação do equipamento realizadas pela empresa CCL em 01/10/2025.

	29-09-2025 14:08	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Boa tarde!

Informo que a empresa CCL, responsável pela manutenção do equipamento, indicou os dias 01/10/2025 e 02/10/2025 para a visita técnica e manutenção preventiva do equipamento.

A empresa foi devidamente notificada sobre a disponibilidade de horários do laboratório, em alinhamento com a agenda das aulas práticas. O atendimento será realizado nesses dias, respeitando os períodos em que o laboratório estiver livre de atividades.

Permaneço à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

	26-09-2025 17:00	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos
--	---------------------	------------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: 1

Encerrado:

Processo de manutenção do bem concluído, sob responsabilidade da empresa encarregada pelos serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.

Solução aprovada em 11-12-2025 18:30 Por Matheus Brasil da Silva