

Manutenção Equipamentos**Data de abertura:** 05-11-2025 15:58**Por:** Aline Albeche Farias Estivalet**Última atualização:** 10-12-2025 13:56 por Magno Carvalho de Oliveira**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 05-12-2025 15:58**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Em atendimento (atribuído)**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Aline Albeche Farias Estivalet**Grupo requerente:****Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

1) Laboratório/Local : LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR**2) Número do prédio :** 3**3) Número da sala :** 613**4) Turno de trabalho para visita técnica :** Tarde

Observações para visita técnica:

5) Email : aline.estivalet@ufcspa.edu.br**6) Telefone :** 51984119949**7) Ramal :** 8792**8) Observações :**

Dados do equipamento:

9) Lotes de Equipamentos : Lote 7: Capelas**10) Lote 7: Capelas :** Cabine de Fluxo Laminar**11) Tipo de manutenção :** Corretiva**12) Código de patrimônio :** 11521

13) Uso predominantemente do equipamento: : Pesquisa

14) Descrição do problema: :

Cabine de Segurança Biológica Pachane, o plug da tomada está ruim, com mal contato na tomada.

Acompanhamentos: 4

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	07-11-2025 11:25	Aline Albeche Farias Estivalet

Descrição:

Certo.

	06-11-2025 17:34	Magda Schardosim
--	---------------------	------------------

Descrição:

Boa tarde Aline,

A visita para avaliação do problema ficou agendado para o dia 07/11, no turno da tarde, pelo técnico da empresa CCL.


	05-11-2025 21:42	Aline Willrich Comparsi
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, a fiscalização deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

	05-11-2025 16:00	Aline Albeche Farias Estivalet
--	---------------------	--------------------------------

Descrição:



Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: Nenhum item para ser mostrado