

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 08-10-2025 16:12**Por:** Fernanda Corte Real Correa**Última atualização:** 08-12-2025 20:05 por Matheus Brasil da Silva**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 07-11-2025 16:12**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Solucionado- 08-12-2025 20:05**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Fernanda Corte Real Correa**Grupo requerente:****Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

1) Laboratório/Local : Laboratório de Habilidades e Cuidado Humano (819)**2) Número do prédio :** 2**3) Número da sala :** Sala 819**4) Turno de trabalho para visita técnica :** Tarde

Observações para visita técnica:

5) Email : labhabilidades@ufcspa.edu.br**6) Telefone :** 33038848**7) Ramal :** 8848**8) Observações :**

Dados do equipamento:

9) Lotes de Equipamentos : Lote 9: Equipamentos Médicos-Estéticos-Fisioterapias**10) Lote 9: Equipamentos Médicos-Estéticos-Fisioterapias :** Exemplos de equipamento cobertos**11) Tipo de manutenção :** Corretiva**12) Código de patrimônio :** 28044

13) Uso predominantemente do equipamento: : Graduação

14) Descrição do problema: :

A bateria do equipamento monitor cardíaco multiparamétrico da marca Choice está viciada.

Acompanhamentos: 7

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	26-11-2025 19:07	Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Visita técnica e manutenção do equipamento realizadas pela empresa Masterlab em 26/11/2025.

	25-11-2025 18:21	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Prezada Fernanda, boa tarde!

A empresa Masterlab, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a data de 26/11/2025 (quarta-feira) para a realização da visita técnica e manutenção do equipamento.

A visita está prevista para ocorrer, preferencialmente, conforme turno requisitado (tarde).

Fico à disposição. Atenciosamente.

Matheus B.

	14-11-2025 18:10	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Prezada Fernanda, boa tarde!

Informo que a empresa Masterlab, responsável pela manutenção do equipamento, encaminhou o orçamento esta semana. O documento prevê a substituição da bateria do Monitor Cardíaco Multiparamétrico.

Após análise, o orçamento foi submetido à Pró-Reitoria de Planejamento e Administração da Universidade para os devidos trâmites de verificação e aprovação.

Tão logo o orçamento seja aprovado, será dado seguimento ao processo de manutenção do equipamento.

Permaneço à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Matheus B.

	14-11-2025 12:28	Fernanda Corte Real Correa
--	---------------------	----------------------------

Descrição:

Boa tarde,

A empresa Masterlab deu algum retorno sobre a **bateria do equipamento monitor cardíaco multiparamétrico da marca Choice?**

Obrigada!

Att,

Fernanda

29-10-2025
13:14

Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Prezado Corpo Técnico do Laboratório de Habilidades e Cuidado Humano, boa tarde!

Informo que a empresa Masterlab, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a data de amanhã, dia 30/10/2025, para a visita técnica e a verificação inicial do equipamento, conforme o turno requisitado (tarde).

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente,

Matheus B.

13-10-2025
15:44

Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Prezada Fernanda, boa tarde!

O presente chamado foi encaminhado à empresa contratada para serviços de manutenção de equipamentos laboratoriais da UFCSPA. Em breve será indicada a data para visita técnica ao laboratório onde o equipamento está localizado.

Permaneço à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

09-10-2025
15:36

Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, a fiscalização deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado**Documento:** Nenhum item para ser mostrado**Solução:** 1**Encerrado:**

Processo de manutenção do bem concluído, sob responsabilidade da empresa encarregada pelos serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.