

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 14-10-2025 10:59

Por: Aline Albeche Farias Estivalet

Última atualização: 17-12-2025 08:21 por Magda ScharDOSim

Tempo para atendimento:

Tempo para solução: 13-11-2025 10:59

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: PROAD > Manutenção de equipamentos

Status: Solucionado- 17-12-2025 08:21

Origem da requisição: Formcreator

Urgência: Média

Aprovação: Concedida

Impacto: Médio

Localização:

Prioridade: Média

Requerente: Aline Albeche Farias Estivalet

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador: PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais

Atribuído a um fornecedor:

Título: Manutenção Equipamentos

Descrição:

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

1) **Laboratório/Local :** LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR

2) **Número do prédio :** 3

3) **Número da sala :** 613

4) **Turno de trabalho para visita técnica :** Tarde

Observações para visita técnica:

5) **Email :** aline.estivalet@ufcspa.edu.br

6) **Telefone :** 51984119949

7) **Ramal :** 8792

8) **Observações :**

Dados do equipamento:

9) **Lotes de Equipamentos :** Lote 2: Centrífugas

10) **Lote 2: Centrífugas :** Centrífuga

11) **Tipo de manutenção :** Corretiva

12) **Código de patrimônio :** 41539

13) **Uso predominantemente do equipamento :** Pesquisa

14) Descrição do problema: :

Bom dia, provavelmente, é o botão liga/desliga, está com mau contato.

Centrífuga Novatecnica NT 810

Acompanhamentos: 10

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	19-11-2025 14:44	Aline Albeche Farias Estivalet

Descrição:

CERTO

	19-11-2025 08:15	Magda Schardosim
--	---------------------	------------------

Descrição:

Bom dia Aline,

A empresa Masterlab virá hoje, dia 19/nov, no turno da tarde, realizar a avaliação do conserto do equipamento.

	03-11-2025 08:30	Magda Schardosim
--	---------------------	------------------

Descrição:

Prezada Aline,

No momento da visita técnica da empresa, por favor, solicite que o orçamento seja realizado também com a troca da tomada.

Assim que a empresa sinalizar a data da visita, entraremos em contato para avisá-la.

	29-10-2025 11:44	Aline Albeche Farias Estivalet
--	---------------------	--------------------------------

Descrição:

Bom dia poderia ser trocado também o plug da tomada da centrífuga para 3 furos que nem a tomada da parede, achamos que também está dando curto. Voltagem da centrífuga 110V

	29-10-2025 11:34	Aline Albeche Farias Estivalet
--	---------------------	--------------------------------

Descrição:

Certo.

	28-10-2025 14:46	Murilo Rafael Pinho dos Santos
--	---------------------	--------------------------------

Descrição:

O patrimônio 41539 é do mobiliário sob medida (armário).

A centrífuga tem patrimônio 11246.

	22-10-2025 15:20	Aline Albeche Farias Estivalet
--	---------------------	--------------------------------

Descrição:

FFFCMPA, PATRIMÔNIO: 011246

UFCSPA, PATRIMÔNIO: 041539

	16-10-2025 14:52	Murilo Rafael Pinho dos Santos
--	---------------------	--------------------------------

Descrição:

Prezadas,

De fato, houve equívoco no encaminhamento. Em verificação no SISPAT, a única centrífuga Nova Técnica associada ao Lab. 613/P3 é a de patrimônio 11246 (extrato em anexo).

Solicitamos à requerente confirmação se é esse mesmo o equipamento.

15-10-2025
10:41

Magda Schardosim

Descrição:

Prezados,

Peço se seja verificado o número de patrimônio, porque conforme a ficha patrimonial esse nº 41539 e referente a Mobiliário Sob Medida - Armário.

Ficamos no aguardo.

14-10-2025
15:59

Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, a fiscalização deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: 1

Solução:

Prezada Aline,

A empresa Masterlab nos informou que a manutenção foi realizada.

Por esse motivo encerramos este chamado.

Caso discorde, por favor, nos retorne.