

Manutenção Equipamentos**Data de abertura:** 03-11-2025 10:19**Por:** Carlos Vicente Da Silva**Última atualização:** 16-12-2025 10:29 por Matheus Brasil da Silva**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 03-12-2025 10:19**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Fechado- 16-12-2025 10:29**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Carlos Vicente Da Silva**Grupo requerente:****Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

- 1) **Laboratório/Local :** Laboratório de Fisioterapia
- 2) **Número do prédio :** 2
- 3) **Número da sala: :** 814
- 4) **Turno de trabalho para visita técnica: :** Manhã

Observações para visita técnica:

- 5) **Email: :** carlosv@ufcspa.edu.br
- 6) **Telefone :** 33038849
- 7) **Ramal: :** 8849
- 8) **Observações: :**

Dados do equipamento:

- 9) **Lotes de Equipamentos: :** Lote 9: Equipamentos Médicos-Estéticos-Fisioterapias
- 10) **Lote 9: Equipamentos Médicos-Estéticos-Fisioterapias :** Esteira Ergométrica
- 11) **Tipo de manutenção: :** Corretiva
- 12) **Código de patrimônio: :** 32896

13) Uso predominantemente do equipamento: : Graduação

14) Descrição do problema: :

Não encontrei enquadramento para o equipamento na categoria Lote, sendo assim, selecionei equipamento similar.

Trata-se de rompimento de cabo de aço da cadeira extensora, equipamento para fortalecimento de membros inferiores.

O cabo precisa possuir proteção para que a malha não fique aparente, causando dano ao equipamento.

Acompanhamentos: 5

<i>Fonte de acompanhamento</i>	<i>Data</i>	<i>Requerente</i>
	10-12-2025 12:19	Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Visita técnica e manutenção do equipamento realizadas sob responsabilidade da empresa Masterlab, na data de 10/12/2025.

	09-12-2025 16:41	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Prezado Carlos, boa tarde!

Informo que a empresa Masterlab, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a data de amanhã, dia 10/12/2025 (quarta-feira) para a realização da visita técnica e manutenção do equipamento.

A visita está prevista para ocorrer conforme turno requisitado (manhã). Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Matheus B.

	24-11-2025 14:34	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Visita técnica e verificação inicial do equipamento realizadas pela empresa Masterlab em 19/11/2025.

	17-11-2025 16:58	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Prezado Carlos, boa tarde!

A empresa Masterlab, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a data de 19/11/2025 (quarta-feira) para a realização da visita técnica e verificação inicial do equipamento. A visita está prevista para ocorrer, preferencialmente, conforme turno requisitado (manhã).

Fico à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

	03-11-2025 16:09	Aline Willrich Comparsi
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, a fiscalização deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: 1

Encerrado:

Processo de manutenção do bem concluído, sob responsabilidade da empresa encarregada pelos serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.