

Manutenção Equipamentos**Data de abertura:** 09-12-2025 10:23**Por:** Magda Schardosim**Última atualização:** 05-03-2026 13:00 por Magda Schardosim**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 08-01-2026 10:25**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Fechado- 05-03-2026 13:00**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Magda Schardosim**Grupo requerente:****Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

- 1) **Laboratório/Local :** Unidade de Esterilização
- 2) **Número do prédio :** 3
- 3) **Número da sala: :** 703
- 4) **Turno de trabalho para visita técnica: :** Tarde

Observações para visita técnica:

- 5) **Email: :** msbrasil@ufcspa.edu.br
- 6) **Telefone :** 33038790
- 7) **Ramal: :** 8790
- 8) **Observações: :**

Dados do equipamento:

- 9) **Lotes de Equipamentos: :** Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores
- 10) **Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores :** Autoclave de Esterilização
- 11) **Tipo de manutenção: :** Corretiva
- 12) **Código de patrimônio: :** 11652
- 13) **Uso predominantemente do equipamento: :** Pesquisa

14) Descrição do problema: :

A borracha de vedação da tampa se soltou.

Acompanhamentos: 4

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	05-03-2026 13:00	Magda Schardosim

Descrição: Solução aprovada

	11-02-2026 16:03	Magda Schardosim
--	---------------------	------------------

Descrição:

A borracha não ficou bem fixa.

	11-02-2026 16:01	Magda Schardosim
--	---------------------	------------------

Descrição: Solução aprovada

	09-12-2025 14:29	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos
--	---------------------	------------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, a fiscalização deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: 2**Solução:**

Chamado encerrado. O equipamento apenas necessitava de encaixe da borracha.

Solução recusada em 11-02-2026 16:03 Por Magda Schardosim

Solução:

Chamado encerrado.

Solução aprovada em 05-03-2026 13:00 Por Magda Schardosim