

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 20-01-2026 11:27

Por: Célia Regina Ribeiro da Silva Carlini

Última atualização: 26-03-2026 13:30 por Matheus Brasil da Silva

Tempo para atendimento:

Tempo para solução: 19-02-2026 11:27

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: PROAD > Manutenção de equipamentos

Status: Fechado- 26-03-2026 13:30

Origem da requisição: Formcreator

Urgência: Média

Aprovação: Concedida

Impacto: Médio

Localização:

Prioridade: Média

Requerente: Célia Regina Ribeiro da Silva Carlini

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador: PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais

Atribuído a um fornecedor:

Título: Manutenção Equipamentos

Descrição:

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

1) Laboratório/Local : 202

2) Número do prédio : 1

3) Número da sala : 202

4) Turno de trabalho para visita técnica : Tarde

Observações para visita técnica:

5) Email : celia.carlini@ufrgs.br

6) Telefone : 51981003877

7) Ramal : 51981003877

8) Observações : Sim

9) Descreva aqui sua observação :

das 9:00 às 17:00

Dados do equipamento:

10) Lotes de Equipamentos : Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores

11) Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores : Agitador Magnético c/ Termostato

12) Tipo de manutenção: : Corretiva

13) Código de patrimônio: : 2678

14) Uso predominantemente do equipamento: : Graduação

15) Descrição do problema: :

termostato não desliga, inviabilizando o uso quando não é desejável temperatura aquecimento

Acompanhamentos: 4

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	20-03-2026 13:43	Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Visita técnica e manutenção realizadas pela empresa CriticalCare em 17/03/2026.

Devido à obsolescência do item e à indisponibilidade de peças de reposição no mercado, procedeu-se com a readequação técnica do bem. Perante consulta do corpo técnico do laboratório, o equipamento foi configurado para operar exclusivamente como agitador magnético (sem aquecimento), garantindo a continuidade de sua utilidade operacional para atividades de interesse.

	12-03-2026 12:59	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Prezada professora Célia, boa tarde!

A empresa CriticalCare, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a data de amanhã, 13/03/2026 (sexta-feira), para a realização da visita técnica e verificação inicial do equipamento. A visita está prevista para ocorrer, preferencialmente, conforme turno requisitado (tarde).

Fico à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

	23-01-2026 19:22	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Prezada professora Célia, boa tarde!

A presente solicitação foi encaminhada à empresa contratada para serviços de manutenção de equipamentos laboratoriais da UFCSPA. Assim que indicada, a data do agendamento da visita técnica e verificação do equipamento será disponibilizada.

Permaneço à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

	20-01-2026 11:32	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos
--	---------------------	------------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, a fiscalização deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: 1

Encerrado:

Processo de manutenção do bem concluído, sob responsabilidade da empresa encarregada pelos serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.