

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 17-03-2026 18:24**Por:** Matheus Brasil da Silva**Última atualização:** 31-03-2026 19:26 por Matheus Brasil da Silva**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 16-04-2026 18:24**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Fechado- 31-03-2026 19:26**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Matheus Brasil da Silva**Grupo requerente:****Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

1) Laboratório/Local : Laboratório 301 (Lab. Clínico)**2) Número do prédio :** 1**3) Número da sala :** Sala 301**4) Turno de trabalho para visita técnica:** : Tarde

Observações para visita técnica:

5) Email: : matheusbs@ufcspa.edu.br**6) Telefone :** 33038758**7) Ramal:** : 8758**8) Observações:** :

Dados do equipamento:

9) Lotes de Equipamentos : Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores**10) Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores :** Chapa Agitadora Aquecedora**11) Tipo de manutenção:** : Corretiva**12) Código de patrimônio:** : 36883

13) Uso predominantemente do equipamento: : Graduação

14) Descrição do problema: :

Requisita-se substituição do cabo para padrão novo tripolar (cabo três pinos).

Acompanhamentos: 3

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	31-03-2026 19:26	Matheus Brasil da Silva

Descrição: Solução aprovada

	31-03-2026 19:25	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Visita técnica e manutenção do equipamento realizadas, sob responsabilidade da empresa CriticaCare, em 31/03/2026.

	18-03-2026 10:55	Aline Willrich Comparsi
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, a fiscalização deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: 1

Encerrado:

Processo de manutenção do bem concluído, sob responsabilidade da empresa encarregada pelos serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.

Solução aprovada em 31-03-2026 19:26 Por Matheus Brasil da Silva