

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 20-01-2026 11:58

Por: Célia Regina Ribeiro da Silva Carlini

Última atualização: 09-04-2026 17:06 por Matheus Brasil da Silva

Tempo para atendimento:

Tempo para solução: 19-02-2026 11:59

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: PROAD > Manutenção de equipamentos

Status: Solucionado- 09-04-2026 17:06

Origem da requisição: Formcreator

Urgência: Média

Aprovação: Concedida

Impacto: Médio

Localização:

Prioridade: Média

Requerente: Célia Regina Ribeiro da Silva Carlini

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador: PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais

Atribuído a um fornecedor:

Título: Manutenção Equipamentos

Descrição:

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

1) Laboratório/Local : 202

2) Número do prédio : 1

3) Número da sala : 202

4) Turno de trabalho para visita técnica : Tarde

Observações para visita técnica:

5) Email : celia.carlini@ufcspa.edu.br

6) Telefone : 51981003877

7) Ramal : 51981003877

8) Observações : Sim

9) Descreva aqui sua observação :

das 9:00 às 17:00

Dados do equipamento:

10) Lotes de Equipamentos : Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores

11) Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores : Banho Maria com agitação

12) Tipo de manutenção: : Corretiva

13) Código de patrimônio: : 2694

14) Uso predominantemente do equipamento: : Graduação

15) Descrição do problema: :

banho maria com bomba de circulação de água externa, está fazendo muito barulho, como tendo algo solto por dentro, inviabilizando o uso

Acompanhamentos: 4

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	20-03-2026 13:46	Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Visita técnica e verificação inicial do equipamento realizadas pela empresa CriticalCare em 17/03/2026.

	12-03-2026 13:02	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Prezada professora Célia, boa tarde!

Informo que a empresa CriticalCare, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a data de amanhã, 13/03/2026 (sexta-feira), para a realização da visita técnica e verificação inicial do equipamento. A visita está prevista para ocorrer, preferencialmente, conforme turno requisitado (tarde).

Fico à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

	23-01-2026 19:22	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Prezada professora Célia, boa tarde!

A presente solicitação foi encaminhada à empresa contratada para serviços de manutenção de equipamentos laboratoriais da UFCSPA. Assim que indicada, a data do agendamento da visita técnica e verificação do equipamento será disponibilizada.

Permaneço à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

	20-01-2026 13:59	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos
--	---------------------	------------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, a fiscalização deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: 1

Encerrado:

Chamado encerrado, pois a manutenção do referido bem não é viável, conforme atestado pela empresa responsável por serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.

Segue, anexo ao presente chamado, laudo emitido pela empresa que declara a obsolescência do bem evidenciando a inviabilidade de manutenção. Sugere-se baixa patrimonial do bem.