

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 05-03-2026 14:17

Por: Milena Knorst

Última atualização: 24-03-2026 11:01 por Milena Knorst

Tempo para atendimento:

Tempo para solução: 04-04-2026 14:17

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: PROAD > Manutenção de equipamentos

Status: Fechado- 24-03-2026 11:01

Origem da requisição: Formcreator

Urgência: Média

Aprovação: Concedida

Impacto: Médio

Localização:

Prioridade: Média

Requerente: Milena Knorst

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador: PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais

Atribuído a um fornecedor:

Título: Manutenção Equipamentos

Descrição:

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

1) **Laboratório/Local :** Laboratório 615, Complexo de Alimentos

2) **Número do prédio :** 2

3) **Número da sala :** 608

4) **Turno de trabalho para visita técnica :** Tarde

Observações para visita técnica:

5) **Email :** lab615@ufcspa.edu.br

6) **Telefone :** 8846

7) **Ramal :** 8846

8) **Observações :** Sim

9) **Descreva aqui sua observação :**

Há possibilidade de visitas tanto à tarde quanto de manhã.

Dados do equipamento:

10) **Lotes de Equipamentos :** Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores

11) **Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores :** Forno de Lastro

12) Tipo de manutenção: : Corretiva

13) Código de patrimônio: : 24375

14) Uso predominantemente do equipamento: : Graduação

15) Descrição do problema: :

Alavanca do forno de lastro está com um parafuso faltando. No momento há um palito para mantê-la no lugar.

Acompanhamentos: 5

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	24-03-2026 11:01	Milena Knorst

Descrição: Solução aprovada

	16-03-2026 18:25	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Visita técnica e manutenção do equipamento realizadas pela empresa CriticalCare em 13/03/2026.

	12-03-2026 13:03	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Prezada Milena, boa tarde!

Informo que a empresa CriticalCare, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a data de amanhã, 13/03/2026 (sexta-feira), para a realização da visita técnica e verificação inicial do equipamento. A visita está prevista para ocorrer, preferencialmente, conforme turno requisitado (tarde).

Fico à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

	09-03-2026 12:56	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Prezada Milena, boa tarde!

A presente solicitação foi encaminhada à empresa contratada para serviços de manutenção de equipamentos laboratoriais da UFCSPA. Assim que disponível, a data agendada para a visita técnica ao laboratório onde o equipamento está localizado será indicada.

Atenciosamente,

Matheus B.

	05-03-2026 17:20	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos
--	---------------------	------------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, a fiscalização deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: 1

Encerrado:

Processo de manutenção do bem concluído, sob responsabilidade da empresa encarregada pelos serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.

Solução aprovada em 24-03-2026 11:01 Por Milena Knorst