

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 15-06-2023 11:17

Por: Laboratório [UFCSPA]

Última atualização: 29-04-2026 14:09 por Matheus Brasil da Silva

Tempo para atendimento:

Tempo para solução: 15-07-2023 11:17

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: PROAD > Manutenção de equipamentos

Status: Fechado- 29-04-2026 14:09

Origem da requisição: Formcreator

Urgência: Média

Aprovação: Concedida

Impacto: Médio

Localização:

Prioridade: Média

Requerente: Laboratório [UFCSPA]

Grupo requerente: PROINFRA > COORDLAB > Lab 320

Observador:

Grupo observador: PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais

Atribuído a um fornecedor:

Título: Manutenção Equipamentos

Descrição:

Data do formulário

Dados do local do equipamento:

1) **Laboratório/Local :** laboratorio 320

2) **Número do prédio :** 1

3) **Número da sala :** 320

4) **Turno de trabalho para visita técnica :** Tarde

Observações para visita técnica:

5) **Email :** lab320@ufcspa.edu.br

6) **Telefone :** 33038756

7) **Ramal :** 8756

8) **Observações :**

Dados do equipamento:

9) **Lotes de Equipamentos :** Lote 11: Equipamentos de Espectrometria

10) **Lote 11: Equipamentos de Espectrometria :** Espectrofotometro UV/VIS

11) **Tipo de manutenção :** Corretiva

12) **Código de patrimônio :** 36807

13) **Uso predominantemente do equipamento :** Graduação

14) **Descrição do problema :**

Prezados,

Temos 2 Espectrofotômetros de UV/VIS que estão com problemas na leitura na região do UV.

Gostaríamos de solicitar manutenção desses equipamentos.

Grata

Acompanhamentos: 12

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	24-03-2026 12:14	Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Boa tarde.

A empresa CriticalCare, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a data de amanhã, 25/03/2026 (quarta-feira), para realização da visita técnica e continuidade da verificação do equipamento. A visita está prevista para ocorrer, preferencialmente, conforme turno requisitado (tarde).

Fico à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

28-08-2025
19:27

Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Boa tarde;

Informo que empresa contratada responsável pela manutenção de equipamentos laboratoriais da UFCSPA identificou a necessidade de envio do equipamento ao fabricante para reparo.

Para andamento, foi solicitado a empresa, junto ao fabricante, previsão dos custos de envio e de manutenção. Conforme o princípio da economicidade, essa estimativa é necessária para análise da viabilidade do processo de manutenção.

Assim que a avaliação inicial estiver disponível, será dada continuidade ao reparo pelo fabricante, se possível.

Permaneço à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

23-08-2025
10:49

Amanda da Silva

Descrição:

Prezados,

Solicitamos informações do andamento desse chamado.

Grata

E-Mail

13-12-2024
16:08

Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Segue anexo extrato patrimonial recente do bem, encaminhado pela Divisão de Patrimônios UFCSPA.

E-Mail

12-12-2024
18:26

Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Visita técnica e verificação inicial do equipamento realizadas pela empresa Medicabio em 12/12/2024.

E-Mail

10-12-2024
17:03

Amanda da Silva

Descrição:

Prezada equipe, boa tarde!

A empresa Medicabio, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a data do dia 12/12/24, quinta-feira, para visita técnica e verificação do equipamento no turno indicado (tarde).

Fico à disposição. Atenciosamente,

Amanda da Silva

E-Mail	04-11-2024 17:04	Murilo Rafael Pinho dos Santos
--------	---------------------	--------------------------------

Descrição:

Cara Magda,

Agradecemos muito pelo retorno. O processo de autorização foi devidamente arquivado.

E-Mail	30-10-2024 18:22	Magda Schardosim
--------	---------------------	------------------

Descrição:

Prezado Murilo,

Confirmei com o laboratório 320 o retorno do equipamento, conforme e-mail anexo a este PI.

Fico disposição.

Att.,

Magda

E-Mail	24-10-2024 18:06	Murilo Rafael Pinho dos Santos
--------	---------------------	--------------------------------

Descrição:

Prezada Magda,

Por haver processo de autorização externa ligada a esse bem, precisamos confirmar se esse serviço foi realizado e se o equipamento retornou devidamente à UFCSPA.

Agradecemos desde já.

E-Mail	03-09-2023 21:19	Murilo Rafael Pinho dos Santos
--------	---------------------	--------------------------------

Descrição:

Autorização para manutenção externa concedida (em anexo).

E-Mail	15-06-2023 13:43	Magda Schardosim
--------	---------------------	------------------

Descrição:

Prezados,

O chamado foi encaminhado para agendamento de visita técnica pela empresa Masterlab, responsável pela execução da manutenção.

E-Mail	15-06-2023 13:04	Joao Pedro de Almeida Monteiro
--------	---------------------	--------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos: 6

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	PATRIMONIO_36807.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-648b36a43da3e4.66256500#	15-06-2023 13:04
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	SEI_23103.018505_2023_72.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-64f5229c6289e1.28018908#	03-09-2023 21:19
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	Espectrofotômetro Digital UV_VIS_COTAÇÃO DE VALOR ATUAL.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-651575994240a5.01898256#	28-09-2023 09:46
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	Orçamento de conserto_8119.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-651575a0163129.11730724#	28-09-2023 09:46
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	E-mail de UFCSPA - Manutenção de equipamento _movimentação externa.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-6722a2921c63e0.50398470#	30-10-2024 18:18
Documento: Chamado - DADOS E REGISTROS PATRIMONIAIS	UFCSPA	PATRIMONIO_36807.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-675634787e67a9.13886762#	08-12-2024 21:06

Solução: 1

Encerrado:

Chamado encerrado, visto que o reparo do referido bem é inviável, conforme atestado pela empresa responsável por serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão. O laudo técnico informa que o equipamento foi descontinuado e não há peças de reposição disponíveis devido à sua obsolescência.

Segue, anexo ao presente chamado, documento emitido pela empresa que declara a obsolescência do bem evidenciando a inviabilidade de reparo. Diante do exposto, sugere-se a baixa patrimonial do item.