

Manutenção Equipamentos**Data de abertura:** 23-02-2026 10:25**Por:** Luana Ruskowski**Última atualização:** 08-06-2026 11:52 por Magno Carvalho de Oliveira**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 25-03-2026 10:25**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Em atendimento (atribuído)**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Luana Ruskowski**Grupo requerente:****Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

- 1) **Laboratório/Local :** Laboratório de genética toxicológica
- 2) **Número do prédio :** 3
- 3) **Número da sala :** 714
- 4) **Turno de trabalho para visita técnica :** Manhã

Observações para visita técnica:

- 5) **Email :** luana.ruskowski@ufcspa.edu.br
- 6) **Telefone :** 993772561
- 7) **Ramal :** 8861
- 8) **Observações :**

Dados do equipamento:

- 9) **Lotes de Equipamentos :** Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores
- 10) **Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores :** Autoclave
- 11) **Tipo de manutenção :** Corretiva
- 12) **Código de patrimônio :** 42824

13) Uso predominantemente do equipamento: : Pesquisa

14) Descrição do problema: :

O equipamento apresenta a falha **“tempo limite de aquecimento”**, não atingindo pressão e temperatura necessárias para o início do ciclo de esterilização. Observa-se também possível vazamento na saída externa de vapor.

Acompanhamentos: 3

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	25-03-2026 09:57	Magda Schardosim

Descrição:

Prezada Luana,

A empresa Criticalcare, após a avaliação do equipamento, nos informou que precisará retirá-lo da universidade para orçar o conserto.

Se estiver de acordo com a retirada, por favor, nos retorne aqui, que providenciaremos a autorização.

	16-03-2026 10:42	Magda Schardosim
--	---------------------	------------------

Descrição:

Prezada,

A empresa Criticalcare agendou a data do dia 17/03, terça-feira, no turno informado, para verificar o equipamento.

Atenciosamente,

	23-02-2026 10:33	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos
--	---------------------	------------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, a fiscalização deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: Nenhum item para ser mostrado