

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 22-04-2026 16:05

Por: Aline Albeche Farias Estivalet

Última atualização: 15-06-2026 08:50 por Magda Schardosim

Tempo para atendimento:

Tempo para solução: 03-06-2026 18:51

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: PROAD > Manutenção de equipamentos

Status: Solucionado- 15-06-2026 08:50

Origem da requisição: Formcreator

Urgência: Média

Aprovação: Concedida

Impacto: Médio

Localização:

Prioridade: Média

Requerente: Aline Albeche Farias Estivalet

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador: PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais

Atribuído a um fornecedor:

Título: Manutenção Equipamentos

Descrição:

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

1) **Laboratório/Local :** Laboratório de Biologia Celular/613

2) **Número do prédio :** 3

3) **Número da sala :** 613

4) **Turno de trabalho para visita técnica :** Tarde

Observações para visita técnica:

5) **Email :** aline.estivalet@ufcspa.edu.br

6) **Telefone :** 33038792

7) **Ramal :** 8792

8) **Observações :**

Dados do equipamento:

9) **Lotes de Equipamentos :** Lote 6: Microscópios

10) **Lote 6: Microscópios :** Microscópio Invertido

11) **Tipo de manutenção :** Corretiva

12) **Código de patrimônio :** 42879

13) **Uso predominantemente do equipamento :** Pesquisa

14) Descrição do problema: :

Lâmpada Led queimou

Acompanhamentos: 4

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	18-05-2026 13:40	Magda ScharDOSim

Descrição:

O chamado foi reaberto, visto que a contratada efetuou o atendimento.

	30-04-2026 14:10	Aline Albeche Farias Estivalet
--	---------------------	--------------------------------

Descrição:

Boa tarde, conseguimos arrumar o microscópio, no momento, não iremos precisar mais de manutenção.

Código de patrimônio: : 42879

	23-04-2026 11:52	Magda ScharDOSim
--	---------------------	------------------

Descrição:

Prezada Aline,

Encaminharemos sua solicitação à contratada Criticalcare, para agendamento de visita para verificar o equipamento.

Assim que tivermos a data da visita, avisaremos neste chamado.

Ficamos à disposição.

	22-04-2026 21:19	Murilo Rafael Pinho dos Santos
--	---------------------	--------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, a fiscalização deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado**Documento: 1**

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	PATRIMONIO_42879.pdf			application/pdf	#b1088d01-e509fb39-69e9641d306139.63468976#	22-04-2026 21:13

Solução: 2**Solução:**

De acordo com o informe da requerente, encerramos este chamado.

Solução recusada em 18-05-2026 13:40 Por Magda ScharDOSim

Solução:

Chamado encerrado.

O orçamento apresentado pela empresa Medicabio de 1/2 hora de serviço é referente à visita realizada ao local onde se encontrava o equipamento.