

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 24-02-2026 12:28

Por: Monice Santana dos Santos

Última atualização: 12-06-2026 12:06 por Matheus Brasil da Silva

Tempo para atendimento:

Tempo para solução: 26-03-2026 12:28

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: PROAD > Manutenção de equipamentos

Status: Fechado- 12-06-2026 12:06

Origem da requisição: Formcreator

Urgência: Média

Aprovação: Concedida

Impacto: Médio

Localização:

Prioridade: Média

Requerente: Monice Santana dos Santos

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador: PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais

Atribuído a um fornecedor:

Título: Manutenção Equipamentos

Descrição:

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

- 1) Laboratório/Local : Técnicas Histológicas
- 2) Número do prédio : 1
- 3) Número da sala : 002A
- 4) Turno de trabalho para visita técnica : Manhã

Observações para visita técnica:

- 5) Email : labhistologia@ufcspa.edu.br
- 6) Telefone : 8726
- 7) Ramal : 8726
- 8) Observações : Sim
- 9) Descreva aqui sua observação :

Dados do equipamento:

- 10) Lotes de Equipamentos : Lote 5: Refrigeração Normal
- 11) Lote 5: Refrigeração Normal : Desumidificador
- 12) Tipo de manutenção : Corretiva

13) Código de patrimônio: : 29315

14) Uso predominantemente do equipamento: : Graduação

15) Descrição do problema: :

Foi solicitado manutenção do desumidificador em 14/07/2025. A manutenção foi realizada e entregue em novembro. Ele estava funcionando, porém nunca atingiu a capacidade total de recolhimento de água. Hoje, quando fui realizar o descarte da água, saiu faísca de dentro dele com um estouro, e consequentemente, caiu a energia de todo o laboratório.

Acompanhamentos: 6

<i>Fonte de acompanhamento</i>	<i>Data</i>	<i>Requerente</i>
	08-06-2026 14:17	Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Equipamento, em funcionamento, entregue ao laboratório na data do dia 03/06/2026 (quarta-feira), após a conclusão dos processos de reparo do bem.

	06-03-2026 17:58	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Abaixo, segue a autorização para movimentação externa de bens móveis, fornecida pela Divisão de Patrimônio da Universidade, para fins de registro do recolhimento do equipamento visando à verificação e manutenção externa.

	06-03-2026 13:10	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Visita técnica e recolhimento do equipamento realizados pela empresa Masterlab em 06/03/2026, para fins de manutenção externa.

	05-03-2026 12:23	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Bom dia!

A empresa Masterlab, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a data de amanhã, 06/03/2026 (sexta-feira) para a realização da visita técnica e verificação inicial do equipamento. A visita está prevista para ocorrer, preferencialmente, conforme turno requisitado (manhã).

Fico à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

	24-02-2026 16:17	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

A presente solicitação foi encaminhada à empresa contratada para serviços de manutenção de equipamentos laboratoriais da UFCSPA. Assim que indicada, a data do agendamento da visita técnica e verificação do equipamento será disponibilizada.

Permaneço à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

	24-02-2026 13:45	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos
--	---------------------	------------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, a fiscalização deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: 1

Encerrado:

Considera-se concluído o ciclo de manutenção do referido bem, sob responsabilidade da empresa encarregada pelos serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.