

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 08-07-2026 16:53**Por:** Matheus Brasil da Silva**Última atualização:** 19-08-2026 14:57 por Matheus Brasil da Silva**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 07-08-2026 16:53**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Fechado- 19-08-2026 14:57**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Matheus Brasil da Silva**Grupo requerente:****Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

- 1) **Laboratório/Local :** Laboratório 301 - Lab. clínico
- 2) **Número do prédio :** 1
- 3) **Número da sala :** 301
- 4) **Turno de trabalho para visita técnica:** : Tarde

Observações para visita técnica:

- 5) **Email:** : lab301@ufcspa.edu.br
- 6) **Telefone :** 33038758
- 7) **Ramal:** : 8758
- 8) **Observações:** :

Dados do equipamento:

- 9) **Lotes de Equipamentos:** : Lote 7: Capelas
- 10) **Lote 7: Capelas :** Capela p/ exaustão de gases
- 11) **Tipo de manutenção:** : Preventiva
- 12) **Código de patrimônio:** : 19159

13) Uso predominantemente do equipamento: : Graduação

14) Descrição do problema: :

Certificação anual da capela de exaustão de gases a fim de atender aos critérios vigentes de segurança laboral voltada às atividades práticas acadêmicas.

Acompanhamentos: 6

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	19-08-2026 14:57	Matheus Brasil da Silva

Descrição: Solução aprovada

	31-07-2026 12:29	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Segue, anexo ao presente chamado, relatório emitido pela empresa CCL referente ao equipamento.

O documento apresenta a certificação emitida para a capela de exaustão de gases.

	29-07-2026 13:29	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Registro de atendimento técnico - Visita técnica e processo de certificação do equipamento efetuados pela empresa CCL em 28/07/2026.

	21-07-2026 16:38	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

A empresa CCL, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a semana de 27/07/2026 a 31/07/2026 para realização da visita técnica, verificação inicial do equipamento e sua manutenção. O agendamento prevê a possibilidade de realização das atividades ao longo da semana indicada.

	08-07-2026 23:30	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos
--	---------------------	------------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Deixamos o chamado atribuído à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, a fiscalização deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

	08-07-2026 18:02	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Solicitação encaminhada à empresa contratada para serviços de manutenção de equipamentos laboratoriais da UFCSPA. Assim que indicada, a data do agendamento da visita técnica e verificação do equipamento será disponibilizada.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: 1

Encerrado:

Considera-se concluído o ciclo de manutenção do referido bem, sob responsabilidade da empresa encarregada pelos serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão. Registro de execução de serviço em conformidade.

Solução aprovada em 19-08-2026 14:57 Por Matheus Brasil da Silva